

Tipo (Type)	Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	Exactitud (Accuracy)	Incertidumbre (Uncertainty)
I Cuadrante	15.00 °	15.0000 °	0.0000 °	± 0.5 °	± 5.8E-01 °
I Cuadrante	30.00 °	30.0000 °	0.0000 °	± 0.5 °	± 5.8E-01 °
I Cuadrante	45.00 °	45.0000 °	0.0000 °	± 0.5 °	± 5.8E-01 °
I Cuadrante	60.00 °	60.0000 °	0.0000 °	± 0.5 °	± 5.8E-01 °
I Cuadrante	70.00 °	70.0000 °	0.0000 °	± 0.5 °	± 5.8E-01 °
I Cuadrante	90.00 °	90.0000 °	0.0000 °	± 0.5 °	± 5.8E-01 °
II Cuadrante	15.00 °	15.0000 °	0.0000 °	± 0.5 °	± 5.8E-01 °
II Cuadrante	30.00 °	30.0000 °	0.0000 °	± 0.5 °	± 5.8E-01 °
II Cuadrante	45.00 °	45.0000 °	0.0000 °	± 0.5 °	± 5.8E-01 °
II Cuadrante	60.00 °	60.0000 °	0.0000 °	± 0.5 °	± 5.8E-01 °
II Cuadrante	70.00 °	70.0000 °	0.0000 °	± 0.5 °	± 5.8E-01 °
II Cuadrante	90.00 °	90.0000 °	0.0000 °	± 0.5 °	± 5.8E-01 °
III Cuadrante	15.00 °	15.0000 °	0.0000 °	± 0.5 °	± 5.8E-01 °
III Cuadrante	30.00 °	30.0000 °	0.0000 °	± 0.5 °	± 5.8E-01 °
III Cuadrante	45.00 °	45.0000 °	0.0000 °	± 0.5 °	± 5.8E-01 °
III Cuadrante	60.00 °	60.0000 °	0.0000 °	± 0.5 °	± 5.8E-01 °
III Cuadrante	70.00 °	70.0000 °	0.0000 °	± 0.5 °	± 5.8E-01 °
III Cuadrante	90.00 °	90.0000 °	0.0000 °	± 0.5 °	± 5.8E-01 °
IV Cuadrante	15.00 °	15.0000 °	0.0000 °	± 0.5 °	± 5.8E-01 °
IV Cuadrante	30.00 °	30.0000 °	0.0000 °	± 0.5 °	± 5.8E-01 °
IV Cuadrante	45.00 °	45.0000 °	0.0000 °	± 0.5 °	± 5.8E-01 °
IV Cuadrante	60.00 °	60.0000 °	0.0000 °	± 0.5 °	± 5.8E-01 °
IV Cuadrante	70.00 °	70.0000 °	0.0000 °	± 0.5 °	± 5.8E-01 °
IV Cuadrante	90.00 °	90.0000 °	0.0000 °	± 0.5 °	± 5.8E-01 °

Diagrama:

