

Datos Especificos (Specific Data):

|                                                    |                                                      |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Tipo de Torquímetro (Torque Tool Type):            | Tipo I / Type I                                      |
| Clase de Torquímetro (Torque Tool Class):          | Clase E / Class E                                    |
| Descripción Torquímetro (Torque Tool Description): | Torquímetro tipo Destornillador con display digital. |
| Elemento Intercambiable (Interchangeable Element): | N/A                                                  |

Calibración Horario (Clockwise Calibration)

| % de Capicad Max.<br>(% of Max Capacity) | Patrón<br>(Standard) | UBP<br>(UUT) | Error Relativo<br>(Relative Error) | EMP - ISO 6789:2017<br>(MPE - ISO 6789:2017) | Incertidumbre Relativa<br>(Relative Uncertainty) | Intervalo de Incertidumbre<br>(Uncertainty Interval) |
|------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 0%                                       | 0.999 cN·m           | 1 cN·m       | 0.123%                             | ± 6%                                         | ± 5.2%                                           | ± 5.6%                                               |
| 60%                                      | 3.496 cN·m           | 3.5 cN·m     | 0.125%                             | ± 6%                                         | ± 1.5%                                           | ± 1.8%                                               |
| 100%                                     | 4.948 cN·m           | 5 cN·m       | 1.080%                             | ± 6%                                         | ± 2.1%                                           | ± 3.3%                                               |

Calibración Anti-Horario (Counter Clockwise Calibration)

| % de Capicad Max.<br>(% of Max Capacity) | Patrón<br>(Standard) | UBP<br>(UUT) | Error Relativo<br>(Relative Error) | EMP - ISO 6789:2017<br>(MPE - ISO 6789:2017) | Incertidumbre Relativa<br>(Relative Uncertainty) | Intervalo de Incertidumbre<br>(Uncertainty Interval) |
|------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 0%                                       | 0.995 cN·m           | 1 cN·m       | 0.535%                             | ± 6%                                         | ± 5.3%                                           | ± 6.1%                                               |
| 60%                                      | 3.495 cN·m           | 3.5 cN·m     | 0.136%                             | ± 6%                                         | ± 1.5%                                           | ± 1.8%                                               |
| 100%                                     | 4.988 cN·m           | 5 cN·m       | 0.251%                             | ± 6%                                         | ± 1.5%                                           | ± 1.9%                                               |