

Datos Especificos (Specific Data):

|                                                    |                                                      |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Tipo de Torquímetro (Torque Tool Type):            | Tipo I / Type I                                      |
| Clase de Torquímetro (Torque Tool Class):          | Clase E / Class E                                    |
| Descripción Torquímetro (Torque Tool Description): | Torquímetro tipo Destornillador con display digital. |
| Elemento Intercambiable (Interchangeable Element): | N/A                                                  |

Calibración Horario (Clockwise Calibration)

| % de Capicad Max.<br>(% of Max Capacity) | Patrón<br>(Standard) | UBP<br>(UUT) | Error Relativo<br>(Relative Error) | EMP - ISO 6789:2017<br>(MPE - ISO 6789:2017) | Incertidumbre Relativa<br>(Relative Uncertainty) | Intervalo de Incertidumbre<br>(Uncertainty Interval) |
|------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 0.2%                                     | 0.452 cN·m           | 0.45 cN·m    | -0.337%                            | ± 6%                                         | ± 1.1%                                           | ± 1.1%                                               |
| 10%                                      | 29.740 cN·m          | 30 cN·m      | 0.876%                             | ± 6%                                         | ± 0.81%                                          | ± 1.1%                                               |
| 17%                                      | 49.642 cN·m          | 50 cN·m      | 0.726%                             | ± 6%                                         | ± 0.54%                                          | ± 0.91%                                              |
| 60%                                      | 99.726 cN·m          | 100 cN·m     | 0.275%                             | ± 6%                                         | ± 0.54%                                          | ± 0.91%                                              |
| 67%                                      | 200.058 cN·m         | 200 cN·m     | -0.029%                            | ± 6%                                         | ± 0.63%                                          | ± 0.86%                                              |
| 100%                                     | 299.982 cN·m         | 300 cN·m     | 0.006%                             | ± 6%                                         | ± 0.63%                                          | ± 0.86%                                              |

Calibración Anti-Horario (Counter Clockwise Calibration)

| % de Capicad Max.<br>(% of Max Capacity) | Patrón<br>(Standard) | UBP<br>(UUT) | Error Relativo<br>(Relative Error) | EMP - ISO 6789:2017<br>(MPE - ISO 6789:2017) | Incertidumbre Relativa<br>(Relative Uncertainty) | Intervalo de Incertidumbre<br>(Uncertainty Interval) |
|------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 0.2%                                     | 0.450 cN·m           | 0.45 cN·m    | -0.044%                            | ± 6%                                         | ± 1.2%                                           | ± 1.2%                                               |
| 10%                                      | 30.044 cN·m          | 30 cN·m      | -0.146%                            | ± 6%                                         | ± 0.81%                                          | ± 1.1%                                               |
| 17%                                      | 49.870 cN·m          | 50 cN·m      | 0.262%                             | ± 6%                                         | ± 0.54%                                          | ± 0.91%                                              |
| 60%                                      | 100.050 cN·m         | 100 cN·m     | -0.050%                            | ± 6%                                         | ± 0.54%                                          | ± 0.91%                                              |
| 67%                                      | 199.959 cN·m         | 200 cN·m     | 0.020%                             | ± 6%                                         | ± 0.63%                                          | ± 0.86%                                              |
| 100%                                     | 300.048 cN·m         | 300 cN·m     | -0.016%                            | ± 6%                                         | ± 0.63%                                          | ± 0.86%                                              |