

Tipo (Type)	Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	Exactitud (Accuracy)	Incertidumbre (Uncertainty)
I Cuadrante	1.00 °	1.0000 °	0.0000 °	± 0.08 °	± 4.8E-02 °
I Cuadrante	35.00 °	35.0000 °	0.0000 °	± 0.08 °	± 4.8E-02 °
I Cuadrante	45.00 °	45.0000 °	0.0000 °	± 0.08 °	± 4.8E-02 °
I Cuadrante	85.00 °	85.0000 °	0.0000 °	± 0.08 °	± 4.8E-02 °
I Cuadrante	90.00 °	90.0000 °	0.0000 °	± 0.08 °	± 4.8E-02 °
II Cuadrante	1.00 °	1.0000 °	0.0000 °	± 0.08 °	± 4.8E-02 °
II Cuadrante	35.00 °	35.0000 °	0.0000 °	± 0.08 °	± 4.8E-02 °
II Cuadrante	45.00 °	45.0000 °	0.0000 °	± 0.08 °	± 4.8E-02 °
II Cuadrante	85.00 °	85.0000 °	0.0000 °	± 0.08 °	± 4.8E-02 °
II Cuadrante	90.00 °	90.0000 °	0.0000 °	± 0.08 °	± 4.8E-02 °
III Cuadrante	1.00 °	1.0000 °	0.0000 °	± 0.08 °	± 4.8E-02 °
III Cuadrante	35.00 °	35.0000 °	0.0000 °	± 0.08 °	± 4.8E-02 °
III Cuadrante	45.00 °	45.0000 °	0.0000 °	± 0.08 °	± 4.8E-02 °
III Cuadrante	85.00 °	85.0000 °	0.0000 °	± 0.08 °	± 4.8E-02 °
III Cuadrante	90.00 °	90.0000 °	0.0000 °	± 0.08 °	± 4.8E-02 °
IV Cuadrante	1.00 °	1.0000 °	0.0000 °	± 0.08 °	± 4.8E-02 °
IV Cuadrante	35.00 °	35.0000 °	0.0000 °	± 0.08 °	± 4.8E-02 °
IV Cuadrante	45.00 °	45.0000 °	0.0000 °	± 0.08 °	± 4.8E-02 °
IV Cuadrante	85.00 °	85.0000 °	0.0000 °	± 0.08 °	± 4.8E-02 °
IV Cuadrante	90.00 °	90.0000 °	0.0000 °	± 0.08 °	± 4.8E-02 °

Diagrama:

