

Nominal (Nominal)	Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	Exactitud (Accuracy)	Incertidumbre (Uncertainty)
30 °C	30.062 °C	29.9 °C	-0.162 °C	± 0.5 °C	± 4.0E-01 °C
30 %HR	30.570 %HR	29.2 %HR	-1.370 %HR	± 3 %HR	± 7.4E-02 %HR
50 %HR	50.100 %HR	51.3 %HR	1.200 %HR	± 3 %HR	± 7.4E-02 %HR
70 %HR	70.448 %HR	70.2 %HR	-0.248 %HR	± 3 %HR	± 7.4E-02 %HR