

Tipo (Type)	Rango (Range)	Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	Incertidumbre (Uncertainty)
Desplazamiento	12 mm	-12 mm	-11.99 mm	0.01 mm	± 0.59 µm
Desplazamiento	12 mm	-11 mm	-10.99 mm	0.01 mm	± 0.59 µm
Desplazamiento	12 mm	-10 mm	-9.99 mm	0.01 mm	± 0.59 µm
Desplazamiento	12 mm	-9 mm	-8.99 mm	0.01 mm	± 0.59 µm
Desplazamiento	12 mm	-8 mm	-8.00 mm	0.00 mm	± 0.59 µm
Desplazamiento	12 mm	-7 mm	-7.00 mm	0.00 mm	± 0.59 µm
Desplazamiento	12 mm	-6 mm	-6.00 mm	0.00 mm	± 0.59 µm
Desplazamiento	12 mm	-5 mm	-5.00 mm	0.00 mm	± 0.59 µm
Desplazamiento	12 mm	-4 mm	-4.00 mm	0.00 mm	± 0.59 µm
Desplazamiento	12 mm	-3 mm	-2.99 mm	0.01 mm	± 0.59 µm
Desplazamiento	12 mm	-2 mm	-2.01 mm	-0.01 mm	± 0.59 µm
Desplazamiento	12 mm	-1 mm	-1.01 mm	-0.01 mm	± 0.59 µm
Desplazamiento	12 mm	0 mm	0.00 mm	0.00 mm	± 0.59 µm
Desplazamiento	12 mm	1 mm	1.01 mm	0.01 mm	± 0.59 µm
Desplazamiento	12 mm	2 mm	2.01 mm	0.01 mm	± 0.59 µm
Desplazamiento	12 mm	3 mm	3.00 mm	0.00 mm	± 0.59 µm
Desplazamiento	12 mm	4 mm	4.00 mm	0.00 mm	± 0.59 µm
Desplazamiento	12 mm	5 mm	5.00 mm	0.00 mm	± 0.59 µm
Desplazamiento	12 mm	6 mm	6.00 mm	0.00 mm	± 0.59 µm
Desplazamiento	12 mm	7 mm	7.00 mm	0.00 mm	± 0.59 µm
Desplazamiento	12 mm	8 mm	8.00 mm	0.00 mm	± 0.59 µm
Desplazamiento	12 mm	9 mm	9.00 mm	0.00 mm	± 0.59 µm
Desplazamiento	12 mm	10 mm	10.01 mm	0.01 mm	± 0.59 µm
Desplazamiento	12 mm	11 mm	11.01 mm	0.01 mm	± 0.59 µm
Desplazamiento	12 mm	12 mm	12.01 mm	0.01 mm	± 0.59 µm
Inclinómetro	180°	0 °	0.1 °	0.1 °	± 0.058°
Inclinómetro	180°	30 °	30.1 °	0.1 °	± 0.058°
Inclinómetro	180°	60 °	60.1 °	0.1 °	± 0.058°
Inclinómetro	180°	90 °	90.1 °	0.1 °	± 0.058°
Inclinómetro #	180°	120 °	120.1 °	0.1 °	± 0.058°
Inclinómetro #	180°	150 °	150.1 °	0.1 °	± 0.058°
Inclinómetro #	180°	180 °	180.1 °	0.1 °	± 0.058°
Inclinómetro #	180°	-150 °	-149.9 °	0.1 °	± 0.058°
Inclinómetro #	180°	-120 °	-119.9 °	0.1 °	± 0.058°
Inclinómetro	180°	-90 °	-89.9 °	0.1 °	± 0.058°
Inclinómetro	180°	-60 °	-59.9 °	0.1 °	± 0.058°
Inclinómetro	180°	-30 °	-29.9 °	0.1 °	± 0.058°