

Certificado No. (Certificate #): 67043  
Fecha de Calibración (Calibration Date): 2026-03-16

Equipo (Instrument): Calibrador Pie de Rey  
Marca (Brand): KSTOOLS

Tipo de Medida (Measurement Type)	Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	E.M.P (Tolerance)	Incertidumbre (Uncertainty)
Exterior / (Exterior)	76.20 mm	76.20 mm	0 $\mu\text{m}$	$\pm 30 \mu\text{m}$	$\pm 8.2\text{E}+00 \mu\text{m}$
Exterior / (Exterior)	100.00 mm	100.00 mm	0 $\mu\text{m}$	$\pm 30 \mu\text{m}$	$\pm 8.2\text{E}+00 \mu\text{m}$
Exterior / (Exterior)	150.80 mm	150.80 mm	0 $\mu\text{m}$	$\pm 30 \mu\text{m}$	$\pm 8.3\text{E}+00 \mu\text{m}$
Exterior / (Exterior)	200.00 mm	200.00 mm	0 $\mu\text{m}$	$\pm 30 \mu\text{m}$	$\pm 8.5\text{E}+00 \mu\text{m}$
Exterior / (Exterior)	352.40 mm	352.40 mm	0 $\mu\text{m}$	$\pm 40 \mu\text{m}$	$\pm 9.4\text{E}+00 \mu\text{m}$
Interior / (Interior)	76.20 mm	76.20 mm	0 $\mu\text{m}$	$\pm 30 \mu\text{m}$	$\pm 8.3\text{E}+00 \mu\text{m}$
Interior / (Interior)	100.00 mm	100.00 mm	0 $\mu\text{m}$	$\pm 30 \mu\text{m}$	$\pm 8.3\text{E}+00 \mu\text{m}$
Interior / (Interior)	127.00 mm	127.00 mm	0 $\mu\text{m}$	$\pm 30 \mu\text{m}$	$\pm 7.3\text{E}+00 \mu\text{m}$
Interior / (Interior)	156.21 mm	156.21 mm	0 $\mu\text{m}$	$\pm 30 \mu\text{m}$	$\pm 7.4\text{E}+00 \mu\text{m}$