

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE**INNOVATECIS CIA LTDA**

General José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro

Quito, Ecuador

(+593) 02 6040 607

innovatec@innovatec.com.ec

Certificado No. (Certificate #): 53060**Fecha de Recepción (Reception Date):** 2024-01-13**Fecha de Calibración (Calibration Date):** 2024-01-14**Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due):** -**Fecha de Emisión (Emission Date):** 2024-01-14**Cliente (Client):** UCIRCUITS CIA. LTDA
A N43-116 Y AV. EDMUNDO CARVAJAL**Información del Instrumento (Instrument Information)**

Equipo (Instrument):	Pinza Amperimetrica	Int. de Medición: (Measurement Range)	600 VAC; 600 VDC; 600 AAC; 600 ADC; 60 MΩ	Ubicación: (Location)	*****
Marca (Brand):	Kaiweets				
Modelo (Model):	HT206D	División de escala: (Resolution)	0,1 V; 0,1 A; 0,1 Ω	Lugar de Calibración: (Place of Calibration):	Lab. INNOVATEC INNOVATEC's Lab.
Serie (Serial #):	H12D-F173390				

Datos de Calibración (Calibration Info)**Procedimiento (Procedure):** INN-PC-08**Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)****Temperatura (Temp):** (21.1 °C a 21.1 °C)**Humedad (Humidity):** (45 %HR a 45 %HR)**Trazabilidad (Traceability Info)**

Patrón (Standard)	Marca (Brand)	Cert. #	Última Calibración (Last Cal.)	Período (Period)
Multicalibrador Patrón	Transmille	AC-28692	2023-06-07	2 años
Current Adapter	Transmille	35157	2018-01-18	-

Resultados (Results)

Ver Resultados en Hoja Adjuntada

See results in attached Sheet

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de $k=2$, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. *This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of $k=2$, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.*

Comentarios: Ninguno.
*Comments***Calibrado por:** Mauricio Landívar
*Calibrated by:***Aprobado por:**
*Approved by:***Fin de Certificado (End of Certificate)**

Certificado No.: 53060		Equipo (Instrument):		Pinza Amperimetrica	
Fecha de Calibración:		2024-01-14		Marca (Brand): Kaiweets	
Tipo (Type)	Rango (Range)	Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	Incertidumbre (Uncertainty)
Tensión Continua	600 mV	60 mV	60.0 mV	0.0 mV	± 59 µV
Tensión Continua	600 mV	540 mV	539.9 mV	-0.1 mV	± 65 µV
Tensión Continua	6 V	0.6 V	0.599 V	-0.001 V	± 0.58 mV
Tensión Continua	6 V	5.4 V	5.399 V	-0.001 V	± 0.69 mV
Tensión Continua	60 V	6 V	5.998 V	-0.002 V	± 5.8 mV
Tensión Continua	60 V	54 V	53.95 V	-0.05 V	± 6.9 mV
Tensión Continua	600 V	60 V	59.94 V	-0.06 V	± 0.058 V
Tensión Continua	600 V	300 V	299.7 V	-0.3 V	± 0.082 V
Tensión Continua	600 V	540 V	539.4 V	-0.6 V	± 0.082 V
Tensión Continua	600 V	-300 V	-299.5 V	0.5 V	± 0.082 V
Tensión Continua	600 V	-540 V	-539.1 V	0.9 V	± 0.082 V
Tensión Alterna @ 50 Hz	6 V	5.4 V	5.399 V	-0.001 V	± 6.1 mV
Tensión Alterna @ 50 Hz	60 V	54 V	53.95 V	-0.05 V	± 64 mV
Tensión Alterna @ 50 Hz	600 V	60 V	59.94 V	-0.06 V	± 0.24 V
Tensión Alterna @ 50 Hz	600 V	540 V	539.4 V	-0.6 V	± 2.1 V
Tensión Alterna @ 450 Hz	6 V	5.4 V	5.403 V	0.003 V	± 6.1 mV
Tensión Alterna @ 450 Hz	60 V	54 V	53.98 V	-0.02 V	± 64 mV
Tensión Alterna @ 450 Hz	600 V	60 V	59.98 V	-0.02 V	± 0.24 V
Tensión Alterna @ 450 Hz	600 V	540 V	539.7 V	-0.3 V	± 2.1 V
Resistencia Eléctrica	600 Ω	0 Ω	0.0 Ω	0.0 Ω	± 0.58 Ω
Resistencia Eléctrica	600 Ω	540 Ω	540.7 Ω	0.7 Ω	± 0.58 Ω
Resistencia Eléctrica	6 kΩ	5.4 kΩ	5.397 kΩ	-0.003 kΩ	± 2.2 Ω
Resistencia Eléctrica	60 kΩ	54 kΩ	53.97 kΩ	-0.03 kΩ	± 35 Ω
Resistencia Eléctrica	600 kΩ	540 kΩ	540.2 kΩ	0.2 kΩ	± 0.35 kΩ
Resistencia Eléctrica	6 MΩ	5.4 MΩ	5.397 MΩ	-0.003 MΩ	± 3.6 kΩ
Resistencia Eléctrica	60 MΩ	10 MΩ	9.98 MΩ	-0.02 MΩ	± 6.0 kΩ
Intensidad Eléctrica Continua	600 A	100 A	101.9 A	1.9 A	± 1.1 A
Intensidad Eléctrica Continua	600 A	200 A	204.4 A	4.4 A	± 3.6 A
Intensidad Eléctrica Continua	600 A	300 A	307.0 A	7.0 A	± 3.6 A
Intensidad Eléctrica Continua	600 A	400 A	409.5 A	9.5 A	± 3.6 A
Intensidad Eléctrica Continua	600 A	540 A	553.4 A	13.4 A	± 8.9 A
Intensidad Eléctrica Alterna @ 50 Hz	600 A	100 A	102.6 A	2.6 A	± 1.1 A
Intensidad Eléctrica Alterna @ 50 Hz	600 A	200 A	205.1 A	5.1 A	± 3.6 A
Intensidad Eléctrica Alterna @ 50 Hz	600 A	300 A	307.7 A	7.7 A	± 3.6 A
Intensidad Eléctrica Alterna @ 50 Hz	600 A	400 A	410.5 A	10.5 A	± 3.6 A
Intensidad Eléctrica Alterna @ 50 Hz	600 A	540 A	555.2 A	15.2 A	± 8.9 A
Frecuencia	20 A @ 50 Hz	50 Hz	49.99 Hz	-0.01 Hz	± 0.18 Hz
Frecuencia	10 A @ 100 Hz	100 Hz	99.99 Hz	-0.01 Hz	± 0.18 Hz
Frecuencia	6 A @ 300 Hz	300 Hz	299.9 Hz	-0.1 Hz	± 0.18 Hz
Capacitancia	1 µF	0.9946 µF	0.994 µF	-0.0006 µF	± 0.058 µF
Capacitancia	10 µF	9.907 µF	9.99 µF	0.083 µF	± 0.064 µF