



Cert. #:4038.01

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

INNOVATECIS, S.A.

General José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro  
Quito, Ecuador  
(+593) 02 6040 607  
innovatec@innovatec.com.ec

Certificado No. (Certificate #): 52793

Fecha de Recepción (Reception Date): 2024-12-19

Fecha de Calibración (Calibration Date): 2025-01-09

Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due): 2026-01-09

Fecha de Emisión (Emission Date): 2025-01-09

Cliente (Client): CONSORCIO HPH JOINT VENTURE  
Oficina Panamá Pacífico, Boulevard Las Américas, Edificio RSSC, Panamá (Panamá),

Información del Instrumento (Instrument Information)

|                        |                                            |                                       |                            |                                               |                                 |
|------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| Equipo (Instrument):   | Multímetro digital con pinza amperimétrica | Int. de Medición: (Measurement Range) | 600 VAC/DC; 400 AAC; 40 MΩ | Ubicación: (Location)                         | Campo                           |
| Marca (Brand):         | UNI-T                                      | División de escala: (Resolution)      | 1 VAC/DC; 0,1 AAC; 10 Ω    | Lugar de Calibración: (Place of Calibration): | Lab. INNOVATEC INNOVATEC's Lab. |
| Modelo (Model):        | UT202+                                     |                                       |                            |                                               |                                 |
| Serie (Serial #) / ID: | INN-52793                                  |                                       |                            |                                               |                                 |

|                                         |                                                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Datos de Calibración (Calibration Info) | Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)                      |
| Procedimiento (Procedure): INN-PC-08    | Temperatura (Temp): (24.1 a 24.2) °C Humedad (Humidity): (54 a 55) % HR |

| Trazabilidad (Traceability Info) |               |         |                                |                  |
|----------------------------------|---------------|---------|--------------------------------|------------------|
| Patrón (Standard)                | Marca (Brand) | Cert. # | Última Calibración (Last Cal.) | Período (Period) |
| Multicalibrador                  | Transmille    | 47302   | 2024-08-12                     | 1 año            |
| -                                | -             | -       | -                              | -                |

Resultados (Results)

Ver Resultados en Hoja Adjunta

See results in attached Sheet

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de k=2, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standar Laboratories to the Internacional System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of k=2, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.

Comentarios: Ninguno

Comments

Calibrado por: Ing. Edwin Carvajal Aprobado por:

Calibrated by: Approved by:

Fin de Certificado (End of Certificate)

Certificado No.: 52793

Equipo (Instrument): Multímetro digital con pinza amperimétrica

Fecha de Calibración: 2025-01-09

Marca (Brand): UNI-T

| Tipo (Type)                | Rango (Range) | Patrón (Standard) | UBP (UUT) | Error (Error) | Incertidumbre (Uncertainty) |
|----------------------------|---------------|-------------------|-----------|---------------|-----------------------------|
| Tensión continua           | 600 V         | 60.0 V            | 60.1 V    | 0.1 V         | ± 3.6 A                     |
| Tensión continua           | 600 V         | 300.0 V           | 300.7 V   | 0.7 V         | ± 3.6 A                     |
| Tensión continua           | 600 V         | -300.0 V          | -300.7 V  | -0.7 V        | ± 3.6 A                     |
| Tensión continua           | 600 V         | 540 V             | 541 V     | 1 V           | ± 0.20 V                    |
| Tensión continua           | 600 V         | -540 V            | -541 V    | -1 V          | ± 1.7 V                     |
| Tensión alterna @ 50 Hz    | 600 V         | 60.0 V            | 59.9 V    | -0.1 V        | ± 0.2 V                     |
| Tensión alterna @ 50 Hz    | 600 V         | 300.0 V           | 299.9 V   | -0.1 V        | ± 1.7 V                     |
| Tensión alterna @ 50 Hz    | 600 V         | 540 V             | 540 V     | 0 V           | ± 1.9 V                     |
| Tensión alterna @ 200 Hz   | 600 V         | 540 V             | 541 V     | 1 V           | ± 1.9 V                     |
| Intensidad alterna @ 50 Hz | 4 A           | 3.600 A           | 3.539 A   | -0.061 A      | ± 0.63 A                    |
| Intensidad alterna @ 60 Hz | 4 A           | 3.600 A           | 3.607 A   | 0.007 A       | ± 0.63 A                    |
| Intensidad alterna @ 50 Hz | 40 A          | 36.00 A           | 35.59 A   | -0.41 A       | ± 1.1 A                     |
| Intensidad alterna @ 60 Hz | 40 A          | 36.00 A           | 36.02 A   | 0.02 A        | ± 1.1 A                     |
| Intensidad alterna @ 50 Hz | 400 A         | 360.0 A           | 358.7 A   | -1.3 A        | ± 3.6 A                     |
| Intensidad alterna @ 60 Hz | 400 A         | 360.0 A           | 360.5 A   | 0.5 A         | ± 3.6 A                     |
| Resistencia                | 20 kΩ         | 0.00 kΩ           | 0.00 kΩ   | 0.00 kΩ       | ± 58 mΩ                     |
| Resistencia                | 20 kΩ         | 18.00 kΩ          | 17.93 kΩ  | -0.07 kΩ      | ± 63 mΩ                     |