

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

INNOVATECIS, S.A.

General José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro

Quito, Ecuador

(+593) 02 6040 607

innovatec@innovatec.com.ec

Certificado No. (Certificate #): 52995

Fecha de Recepción (Reception Date): 2025-01-10

Fecha de Calibración (Calibration Date): 2025-01-12

Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due): 2026-01-12

Fecha de Emisión (Emission Date): 2025-01-12

Cliente (Client): Hitachi LTD Railway Systems Business Unit Panamá Branch
Torre Las Américas, Torre C, Piso 31

Información del Instrumento (Instrument Information)

Equipo (Instrument):	HiTester	Int. de Medición:	2000 MΩ; 600 VAC	Ubicación:	Campo
Marca (Brand):	HIOKI	(Measurement Range)		(Location)	
Modelo (Model):	IR4042	División de escala:	1 MΩ; 1 VAC	Lugar de Calibración:	Lab. INNOVATEC
Serie (Serial #) / ID:	231224527 E01-084	(Resolution)		(Place of Calibration):	INNOVATEC's Lab.

Datos de Calibración (Calibration Info)

Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)

Procedimiento (Procedure): INN-PC-08

Temperatura (Temp): (27.8 a 28.4) °C

Humedad (Humidity): (65 a 69) % HR

Trazabilidad (Traceability Info)

Patrón (Standard)	Marca (Brand)	Cert. #	Última Calibración (Last Cal.)	Período (Period)
Multicalibrador	Transmille	47302	2024-08-12	1 año
Multímetro Patrón	Fluke	CMP-10155	2024-11-13	2 años

Resultados (Results)

Ver Resultados en Hoja Adjuntada

See results in attached Sheet

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de $k=2$, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. *This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of $k=2$, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.*

Comentarios:

Comments

Ninguno

Calibrado por:

Calibrated by:

Ing. Edwin Carvajal

Aprobado por:

Approved by:

Fin de Certificado (End of Certificate)

Certificado No.: 52995

Equipo (Instrument): HiTester

Fecha de Calibración: 2025-01-12

Marca (Brand): HIOKI

Tipo (Type)	Rango (Range)	Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	Incertidumbre (Uncertainty)
Resistencia Riso @ 125 V	100 MΩ	11 MΩ	10 MΩ	-1 MΩ	± 59 kΩ
Resistencia Riso @ 250 V	100 MΩ	11 MΩ	10 MΩ	-1 MΩ	± 59 kΩ
Resistencia Riso @ 500 V	100 MΩ	11 MΩ	10 MΩ	-1 MΩ	± 59 kΩ
Resistencia Riso @ 1000 V	2000 MΩ	11 MΩ	10 MΩ	-1 MΩ	± 59 kΩ
Resistencia Riso @ 125 V	100 MΩ	51 MΩ	50 MΩ	-1 MΩ	± 59 kΩ
Resistencia Riso @ 250 V	100 MΩ	51 MΩ	50 MΩ	-1 MΩ	± 59 kΩ
Resistencia Riso @ 500 V	100 MΩ	51 MΩ	50 MΩ	-1 MΩ	± 59 kΩ
Resistencia Riso @ 1000 V	2000 MΩ	51 MΩ	50 MΩ	-1 MΩ	± 59 kΩ
Resistencia Riso @ 125 V	100 MΩ	73 MΩ	70 MΩ	-3 MΩ	± 59 kΩ
Resistencia Riso @ 250 V	100 MΩ	73 MΩ	70 MΩ	-3 MΩ	± 59 kΩ
Resistencia Riso @ 500 V	100 MΩ	73 MΩ	70 MΩ	-3 MΩ	± 59 kΩ
Resistencia Riso @ 1000 V	2000 MΩ	73 MΩ	75 MΩ	2 MΩ	± 59 kΩ
Resistencia Riso @ 125 V	100 MΩ	104 MΩ	100 MΩ	-4 MΩ	± 59 kΩ
Resistencia Riso @ 250 V	100 MΩ	104 MΩ	100 MΩ	-4 MΩ	± 59 kΩ
Resistencia Riso @ 500 V	100 MΩ	104 MΩ	100 MΩ	-4 MΩ	± 59 kΩ
Resistencia Riso @ 1000 V	2000 MΩ	104 MΩ	100 MΩ	-4 MΩ	± 59 kΩ
Tensión alterna @ 50 Hz	600 V	60 V	60 V	0 V	± 0.20 V
Tensión alterna @ 50 Hz	600 V	300 V	300 V	0 V	± 1.7 V
Tensión alterna @ 50 Hz	600 V	580 V	580 V	0 V	± 1.9 V
Tensión alterna @ 60 Hz	600 V	580 V	580 V	0 V	± 1.9 V
Tensión continua generada	125 V	134 V	125 V	-9 V	± 15 mV
Tensión continua generada	250 V	267 V	250 V	-17 V	± 8.6 mV
Tensión continua generada	500 V	534 V	500 V	-34 V	± 8.6 mV
Tensión continua generada	1000 V	1072 V	1000 V	-72 V	± 50 V