ESTADO
Hecho

PRIORIDAD
Bajo

TIEMPO ESTIMADO
1h

TIPO DE TRABAJO
Preventivo

DESCRIPCIÓN
Se realiza una evaluación general, limpieza de óptica y prueba de funcionamiento.

ASIGNADOS
Manuel Meneses

CATEGORÍAS
Inspection
Mantenimiento Preventivo

UBICACIÓN
Nativas Company, S.A. Principal: INNOVATECIS, S.A.

EQUIPO
Turbidimetro Portátil PCE

PROCEDIMIENTO

Diagnóstico/ Evaluación de Generador de Gases

4 / 4
Campos completados

Revisión General

Firmado electrónicamente por:
Ing. Mateo Borquez
Gerente Técnico

Comprobación de funcionamiento general del equipo:

- ✓ Aprobado
- Alerta
- Falla

TURBIDITY METER
PCE-TUM 20
11.19
ntu
HOLD
TEST /
CAL
POWER
REC
MAX
MIN
ZERO



Q940838
CE





Notas:
Se realizó inspección general y prueba de funcionamiento. Se limpiaron las tarjetas, ya que se muestra restos de algún derrame de muestra. El equipo se ve bien físicamente.
Se comprobó funcionamiento. No se cuenta con estándares de turbiedad.

Rellenado por Manuel Meneses el 01/22/2025, 9:47 AM

Fecha de la revisión:

01/22/2025

Rellenado por Manuel Meneses el 01/22/2025, 9:47 AM

Firma del técnico:

Firmado por Manuel Meneses el 01/22/2025, 9:51 AM

INFORMACIÓN DE ORDEN DE TRABAJO

Creado por: Manuel Meneses el 01/22/2025, 9:08 AM

Última actualización el 01/22/2025, 9:51 AM

Completado el 01/22/2025, 9:51 AM

Firmado por

Fecha