



Cert. #:4038.01

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

INNOVATECIS CIA LTDA

General José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro
Quito, Ecuador
(+593) 02 6040 607
innovatec@innovatec.com.ec

Certificado No. (Certificate #): 45973

Fecha de Recepción (Reception Date): 2024-05-29

Fecha de Calibración (Calibration Date): 2024-05-31

Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due): 2024-11

Fecha de Emisión (Emission Date): 2024-05-31

Cliente (Client): SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS CORREA MINO CIA. LTDA. SETE
AV NACIONES UNIDAS SN INAQUITO, QUITO, PICHINCHA

Información del Instrumento (Instrument Information)

Equipo (Instrument):	Medidor de Espesores	Int. de Medición: (Measurement Range)	(1.00 a 200) mm	Indicación (Readout)	Digital (Digital)
Marca (Brand):	NDT Systems			Ubicación (Location):	*****
Modelo (Model):	TG110-DL	División de escala: (Resolution)	0.01 mm	Lugar de Calibración (Place of Calibration):	Lab. Innovatec / Innovatec's Lab.
Serie/Código:	10186815P / *****				

Datos de Calibración (Calibration Info)

Procedimiento (Procedure): INN-PC-31

Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)

Temperatura (Temp): (21.5 a 21.7) °C Humedad (Humidity): (56.4 a 55.9) %HR

Trazabilidad (Traceability Info)

Patrón (Standard)	Marca (Brand)	Cert. #	Última Calibración (Last Cal.)	Período (Period)
Juego de Bloques (mm)	Mitutoyo	1003692200	2023-01-12	2 años
Bloque 50 mm	Mitutoyo	1003692202	2023-01-13	2 años
Bloque 100 mm	Mitutoyo	1003692203	2023-01-13	2 años
Bloque 200 mm	Mitutoyo	1003692201	2023-01-13	2 años

Resultados (Results)

Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	Incertidumbre (Uncertainty)
(mm)	(mm)	(µm)	
0.00	0.00	0	± 5.8 µm
2.00	2.09	90	± 5.8 µm
5.00	4.94	-60	± 5.8 µm
10.00	9.93	-70	± 5.8 µm
15.00	14.99	-10	± 5.8 µm
20.00	19.91	-90	± 5.8 µm
25.00	25.03	30	± 5.8 µm
50.00	50.04	40	± 5.8 µm
100.00	100.04	40	± 5.8 µm

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2005. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de K=2, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2005 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of K=2, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.

Comentarios: Equipo calibrado con Sonda NDT System TG-208 Sn: 053282
Comments: Los errores del instrumento cumplen con los E.M.P. (2%), establecidos por ASTM E-317
INNOVATEC Industrial Solutions utiliza una regla de decisión simple a menos que se especifique a lo contrario, las incertidumbres no se incluyen en la determinación de Cumple / No Cumple.

Calibrado por: Jonathan Fonseca
Calibrated by:

Aprobado por:
Approved by:

