

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

INNOVATECIS CIA LTDA

General José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro

Quito, Ecuador

(+593) 02 6040 607

innovatec@innovatec.com.ec

Certificado No. (Certificate #): 40959

Fecha de Recepción (Reception Date): 2023-12-11

Fecha de Calibración (Calibration Date): 2023-12-11

Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due): 2024-12

Fecha de Emisión (Emission Date): 2023-12-13

Cliente (Client): DSM NUTRITIONAL PRODUCTS ECUADOR S.A.
VÍA SANGOLQUÍ AMAGUAÑA S/N KM 5 1/2

Información del Instrumento (Instrument Information)

Equipo (Instrument):	VORTEX	Int. de Medición: (Measurement Range)	0 A 3000 RPM	Ubicación (Location):	Laboratorio ANH
Marca (Brand):	VELP SCIENTIFIC				
Modelo (Model):	ZX3	División de escala: (Resolution)	100 RPM	Lugar de Calibración: (Place of Calibration):	Lab. INNOVATEC
Serie (Serial #):	585049				INNOVATEC's Lab.
Código (Code):	001173				

Datos de Calibración (Calibration Info)

Procedimiento (Procedure): INN-PC-27

Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)

Temperatura (Temp): (20.4 a 20.7) °C Humedad (Humidity): (52.1 a 51.8) %HR

Trazabilidad (Traceability Info)

Patrón (Standard)	Marca (Brand)	Cert. #	Última Calibración (Last Cal.)	Período (Period)
Tacómetro Óptico	Neewer	34084	2023-05-11	1 año

Resultados (Results)

UBP (UUT)		Patrón (Standard)	Error (Error)	Incertidumbre (Uncertainty)
Hz	RPM	RPM	RPM	
20	1200	1202.1	-2.1	± 0.6 RPM
26.667	1600	1598.7	1.3	± 0.6 RPM
33.333	2000	1999.5	0.5	± 0.6 RPM
40	2400	2401.7	-1.7	± 0.6 RPM
50	3000	2998.5	1.5	± 0.6 RPM

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de K=2, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of K=2, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.

Comentarios: Ninguno.
Comments

Calibrado por:
Calibrated by: Jonathan Fonseca

Aprobado por:
Approved by:



Firmado electrónicamente por
Ing. Diego Almeida
Gerente General

Fin de Certificado (End of Certificate)