



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

INNOVATECIS, S.A.

Certificado No. (Certificate #): 43460

San Francisco, Ave. Los Fundadores, entre calle 74 y 75.

Fecha de Recepción (Reception Date): 2024-03-07

Panamá, Panamá

Fecha de Calibración (Calibration Date): 2024-03-10

(+507) 310 2868

Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due): 2025-03-10

ventas.panama@group-innovatec.com

Fecha de Emisión (Emission Date): 2024-03-10

Cliente (Client): EXPERT LAB INC

Via Israel, Calle 68 san francisco, Casa No. 5 Planta Baja

Información del Instrumento (Instrument Information)

Equipo (Instrument):	Termómetro Líquido en Vidrio	Intervalo de Medición (Range):	(80 a 130) °C	Tipo de Lectura: (Reading type)	Analógico Analog
Marca (Brand):	Thermco Products				
Modelo (Model):	ACC80135	División de escala: (Resolution)	0.5 °C	Ubicación (Location):	Laboratorio
Serie (Serial #):	6830				
Código (Code):	EL-181	Lugar de Calibración (Place of Calibration):	Lab. INNOVATEC / INNOVATEC's Lab.		

Datos de Calibración (Calibration Info)

Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)

Procedimiento (Procedure): INN-PC-22

Temperatura (Temp): (23.2 °C a 22.8 °C)

Humedad (Humidity): (62 %HR a 59 %HR)

Trazabilidad (Traceability Info)

Patrón (Standard)	Marca (Brand)	Cert. #	Última Calibración (Last Cal.)	Período (Period)
PRT + Lector	ISOTECH	AC-28240	2022-12-19	2 años

Resultados (Results)

Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	Incertidumbre (U)
100.18 °C	100.0 °C	-0.18 °C	0.37 °C
105.18 °C	105.0 °C	-0.18 °C	0.37 °C
110.33 °C	110.0 °C	-0.33 °C	0.37 °C
120.46 °C	120.0 °C	-0.46 °C	0.37 °C
130.60 °C	130.0 °C	-0.60 °C	0.37 °C

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, o otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de K=2, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of K=2, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.

Comentarios: Ninguna.
Comments

Calibrado por:

Calibrated by: Ing. Rubén Ortega C.

Aprobado por:

Approved by:

Fin de Certificado (End of Certificate)

Firmado electrónicamente por
Ing. Diego Almeida
Gerente General