

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

INNOVATECIS CIA. LTDA.

JOSE MARIA GUERRERO N69-170 Y ALFONSO DEL HIERRO

QUITO, ECUADOR

(+593) 02 6040 607

innovatec@innovatec.com.ec

Certificado No. (Certificate #): 56001.1

Fecha de Recepción (Reception Date): 2025-04-15

Fecha de Calibración (Calibration Date): 2025-04-25

Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due): 2027-04

Fecha de Emisión (Emission Date): 2025-04-25

Cliente (Client): ENGINEVIA S.A.S
CR 58 C 152 B 66 OF 103 IN 16, BOGOTA, BOGOTA (SEDE PRINCIPAL)

Información del Instrumento (Instrument Information)

Equipo (Instrument): VXP Transport Kit	Ubicación (Location):	Int. de Medición: (180 a 60000) RPM
Marca (Brand): Honeywell	Código (Code):	(Measurement Range)
Modelo (Model): VXP17460	Lugar de Calibración Lab. INNOVATEC	División de escala: 1 RPM
Serie (Serial #): INN-56001	(Place of Calibration): (Ecuador)	(Resolution)

Datos de Calibración (Calibration Info)	Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)	
Procedimiento (Procedure): INN-PC-26 Por comparación	Temp. Inicial (Initial Temp.): 20.1 °C	Hum. Inicial (Initial Hum.): 62.1 %HR
	Temp. Final (Final Temp.): 20.1 °C	Hum. Final (Final Hum.): 62.1 %HR

Trazabilidad (Traceability Info)

Patrón (Standard)	Marca (Brand)	Cert. #	Ultima Calibración (Last Cal.)	Período (Period)
Transmille 3041A	Transmille	AC-28692	2023-06-07	2 Años

Resultados (Results)

Ver Resultados en Hoja Adjuntada

See results in attached Sheet

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de $k=2$, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. *This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of $k=2$, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.*

Comentarios: Ninguno.

(Comments):

Calibrado por: Mauricio Alejandro Landívar Vivas
(Calibrated by):

Aprobado por:
(Approved by):

Fin de Certificado (End of Certificate)

Certificado No.: 56001.1

Fecha de Calibración: 2025-04-25

Equipo (Instrument): VXP Transport Kit

Marca (Brand): Honeywell

Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	Exactitud (Accuracy)	Incertidumbre (Uncertainty)	
200 RPM	200 RPM	0 RPM	± 4 RPM	±	5.8E-01 RPM
300 RPM	300 RPM	0 RPM	± 6 RPM	±	5.8E-01 RPM
500 RPM	500 RPM	0 RPM	± 10 RPM	±	5.8E-01 RPM
1000 RPM	1000 RPM	0 RPM	± 20 RPM	±	5.8E-01 RPM
10000 RPM	10000 RPM	0 RPM	± 200 RPM	±	8.0E-01 RPM