



Cert. #:4038.01

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

**INNOVATECIS CIA LTDA**

General José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro

Quito, Ecuador

(+593) 02 6040 607

innovatec@innovatec.com.ec

**Certificado No. (Certificate #):** 56151

**Fecha de Recepción (Reception Date):** 2025-04-21

**Fecha de Calibración (Calibration Date):** 2025-04-21

**Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due):** 2026-04

**Fecha de Emisión (Emission Date):** 2025-04-23

**Cliente (Client):** CORPORACION FAVORITA C.A.  
COTOGCHOA / AV. GENERAL ENRIQUEZ S/N, QUITO, PICHINCHA

Información del Instrumento (Instrument Information)


|                             |             |                                         |                      |                                                      |                    |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Equipo (Instrument):</b> | Balanza     | <b>Capacidad Máx. (Max Capacity)</b>    | 500 kg               | <b>Ubicación: (Location)</b>                         | Máquina de Hielos  |
| <b>Marca (Brand):</b>       | SISBAL      |                                         |                      |                                                      |                    |
| <b>Modelo (Model):</b>      | ESA         | <b>División de escala: (Resolution)</b> | d: 0.1 kg / e: 100 g | <b>Lugar de Calibración: (Place of Calibration):</b> | In Situ<br>On Site |
| <b>Serie (Serial #):</b>    | 01506096012 |                                         |                      |                                                      |                    |
| <b>Código (Code):</b>       |             | <b>Clase (Class):</b>                   | Media (III)          |                                                      |                    |

|                                                |                                                                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datos de Calibración (Calibration Info)</b> | <b>Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)</b>                                     |
| <b>Procedimiento (Procedure):</b> INN-PC-13    | <b>Temperatura (Temp):</b> (8.2 °C a 8.4 °C) <b>Humedad (Humidity):</b> (52.5 %HR a 51.9 %HR) |

Trazabilidad (Traceability Info)

| Patrón (Standard) | Marca (Brand) | Cert. # | Última Calibración (Last Cal.) | Período (Period) |
|-------------------|---------------|---------|--------------------------------|------------------|
| Pesas M1          | -             | 44281   | 2024-04-05                     | 1 año            |
| -                 | -             | -       | -                              | -                |
| -                 | -             | -       | -                              | -                |
| -                 | -             | -       | -                              | -                |

Ejemplo Distribución de Excentricidad:



Cumplimiento de la balanza:

La balanza cumple con los errores máximos permitidos, dados en la OIML R76-1 en las siguientes pruebas:

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| <b>Excentricidad:</b> | Cumple |
| <b>Linealidad:</b>    | Cumple |
| <b>Repetibilidad:</b> | Cumple |

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, o otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de K=2, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of K=2, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.

**Comentarios:** Ninguno.  
**Comments**

**Calibrado por:** Ing. Patricio Llerena  
**Calibrated by:**

**Aprobado por:**  
**Approved by:**



Certificado No.:56151Equipo (Instrument): Balanza

Fecha de Calibración:2025-04-21Marca (Brand): SISBAL

Resultados (Results)

Linealidad:

| Patrón (Standard) | UBT (UUT)  |             | Error (Error) |             | E.M.P (±)     | Histérisis   | Incertidumbre |
|-------------------|------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--------------|---------------|
|                   | Ascendente | Descendente | Ascendente    | Descendente | Tolerance (±) | (Histerisis) | (Uncertainty) |
| 10 kg             | 10 kg      | 10 kg       | 0 kg          | 0 kg        | 0.1 kg        | 0 kg         | ± 0.082 kg    |
| 20 kg             | 20 kg      | 20 kg       | 0 kg          | 0 kg        | 0.1 kg        | 0 kg         | ± 0.082 kg    |
| 40 kg             | 40 kg      | 40 kg       | 0 kg          | 0 kg        | 0.1 kg        | 0 kg         | ± 0.082 kg    |
| 60 kg             | 60 kg      | 60 kg       | 0 kg          | 0 kg        | 0.2 kg        | 0 kg         | ± 0.082 kg    |
| 80 kg             | 80 kg      | 80 kg       | 0 kg          | 0 kg        | 0.2 kg        | 0 kg         | ± 0.082 kg    |
| 100 kg            | 100.1 kg   | 100.1 kg    | 0.1 kg        | 0.1 kg      | 0.2 kg        | 0 kg         | ± 0.082 kg    |
| 200 kg            | 200.2 kg   | 200.2 kg    | 0.2 kg        | 0.2 kg      | 0.2 kg        | 0 kg         | ± 0.082 kg    |
| 300 kg            | 300.2 kg   | 300.2 kg    | 0.2 kg        | 0 kg        | 0.3 kg        | 0.2 kg       | ± 0.082 kg    |
| 400 kg            | 400.3 kg   | 400.3 kg    | 0.3 kg        | 0.3 kg      | 0.3 kg        | 0 kg         | ± 0.082 kg    |
| 500 kg            | 500.3 kg   | 500.3 kg    | 0.3 kg        | 0.3 kg      | 0.3 kg        | 0 kg         | ± 0.082 kg    |

Excentricidad:

| Patrón (Standard) | Posición           |                    |          |                  |                  | Exceso Máximo | E.M.P (±)     |
|-------------------|--------------------|--------------------|----------|------------------|------------------|---------------|---------------|
|                   | Superior Izquierda | Inferior Izquierda | Centro   | Superior Derecha | Inferior Derecha | (Max. Excess) | Tolerance (±) |
| 100 kg            | 100.1 kg           | 100.1 kg           | 100.1 kg | 100.1 kg         | 100.1 kg         | 0 kg          | 0.2 kg        |

Repetibilidad:

| Patrón (Standard) | UBT (UUT) | Diferencia Máx. (Max. Difference) | E.M.P (±) Tolerance (±) | Patrón (Standard) | UBT (UUT) | Diferencia Máx. (Max. Difference) | E.M.P (±) Tolerance (±) |
|-------------------|-----------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------------|-------------------------|
| 250 kg            | 250.2 kg  | 0 kg                              | 0.2 kg                  | 500 kg            | 500.3 kg  | 0 kg                              | 0.3 kg                  |
|                   | 250.2 kg  |                                   |                         |                   | 500.3 kg  |                                   |                         |
|                   | 250.2 kg  |                                   |                         |                   | 500.3 kg  |                                   |                         |
|                   | 250.2 kg  |                                   |                         |                   | 500.3 kg  |                                   |                         |
|                   | 250.2 kg  |                                   |                         |                   | 500.3 kg  |                                   |                         |
|                   | 250.2 kg  |                                   |                         |                   | 500.3 kg  |                                   |                         |
|                   | 250.2 kg  |                                   |                         |                   | 500.3 kg  |                                   |                         |
|                   | 250.2 kg  |                                   |                         |                   | 500.3 kg  |                                   |                         |
|                   | 250.2 kg  |                                   |                         |                   | 500.3 kg  |                                   |                         |
|                   | 250.2 kg  |                                   |                         |                   | 500.3 kg  |                                   |                         |