



NOV A L I D O



Cert. #:4038.01

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

INNOVATECIS CIA LTDA

General José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro
Quito, Ecuador
(+593) 02 6040 607
innovatec@innovatec.com.ec

Certificado No. (Certificate #): 51588

Fecha de Recepción (Reception Date): 2024-11-20
Fecha de Calibración (Calibration Date): 2024-11-20
Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due): 2025-11-20
Fecha de Emisión (Emission Date): 2024-11-21

Cliente (Client): Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Ancon, Frente al mercado de abasto, a un costado del museo Omar Torrijos Herrera

Información del Instrumento (Instrument Information)

Equipo (Instrument):	Horno	Int. de Medición: (Measurement Range)	(10 a 210) °C	Ubicación (Location):	-
Marca (Brand):	YAMATO				
Modelo (Model):	DNE600	División de escala: (Resolution)	1 °C	Lugar de Calibración: (Place of Calibration):	In Situ / On Site
Serie (Serial #):	BB700002				
Código (Code):	QF-E17				

Datos de Calibración (Calibration Info)

Procedimiento (Procedure): INN-PC-29

Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)

Temperatura (Temp): (22.9 °C a 23 °C) Humedad (Humidity): (71 %HR a 70 %HR)

Trazabilidad (Traceability Info)

Patrón (Standard)	Marca (Brand)	Cert. #	Última Calibración (Last Cal.)	Período (Period)
TERMOCUPLA	-	46040 al 46040.3	2024-05-30	1 año
-	-	-	-	-

Resultados (Results)

Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	Incertidumbre (Uncertainty)	Estabilidad (Stability)	Uniformidad (Uniformity)
°C	°C	°C			Axial / Radial
79.4	81	1.6	± 1.3 °C	± 0.8 °C	± 0.13 °C / ±0.06 °C
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, o otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de K=2, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of K=2, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.

Comentarios: Ninguno
Comments

Calibrado por: Ing. Rubén Ortega
Calibrated by:

Aprobado por:
Approved by:



Tabla 1.0: Lecturas de los sensores durante desplazamiento en la zona de trabajo a 80 °C

	Tiempo (hh:mm:ss)	Lectura del Patrón @ 80 °C				
		PC	P1	P2	P3	P4
1	10:15:45	81	79.5	79.8	79.6	79.6
2	10:16:45	81	79.5	79.8	79.7	79.6
3	10:17:45	81	79.6	79.8	79.6	79.6
4	10:18:45	81	79.6	79.8	79.7	79.6
5	10:19:45	81	79.6	79.8	79.6	79.6
6	10:20:45	81	79.6	79.8	79.6	79.6
7	10:21:45	81	79.6	79.7	79.6	79.6
8	10:22:45	81	79.6	79.7	79.6	79.5
9	10:23:45	81	79.6	79.6	79.6	79.5
10	10:24:45	81	79.6	79.6	79.6	79.5
11	10:25:45	81	79.6	79.6	79.5	79.4
12	10:26:45	81	79.5	79.5	79.4	79.4
13	10:27:45	81	79.5	79.5	79.4	79.3
14	10:28:45	81	79.4	79.4	79.3	79.3
15	10:29:45	81	79.4	79.4	79.3	79.3
16	10:30:45	81	79.3	79.3	79.3	79.2
17	10:31:45	81	79.3	79.3	79.3	79.2
18	10:32:45	81	79.3	79.2	79.2	79.1
19	10:33:45	81	79.2	79.2	79.2	79.1
20	10:34:45	81	79.2	79.1	79.1	79.1
21	10:35:45	81	79.2	79.1	79.1	79.0
22	10:36:45	81	79.1	79.1	79.1	79.0
23	10:37:45	81	79.1	79.0	79.0	78.9
24	10:38:45	81	79.1	79.0	79.0	78.9
Promedio		81.00	79.41	79.46	79.39	79.33
Desviación		0.00	0.19	0.29	0.23	0.25
Max		81.00	79.62	79.84	79.66	79.63
Min		81.00	79.06	79.00	79.00	78.94
ΔT Est.		0.84				
ΔT Radial		0.06				
ΔT Axial		0.13				

Fin de Certificado (End of Certificate)