



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

INNOVATECIS S.A.

San Francisco, Ave. Los Fundadores, entre calle 74 y 75
Panamá, Panamá
(+507) 310 2868
ventas.panama@group-innovatec.com

Certificado No. (Certificate #): 42783

Fecha de Recepción (Reception Date): 2024-02-16

Fecha de Calibración (Calibration Date): 2024-02-17

Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due): 2025-02-17

Fecha de Emisión (Emission Date): 2024-02-17

Cliente (Client): VALVES AND INDUSTRIAL SERVICES LEE INC.
Corregimiento de ANCÓN, Calle EMANUEL VERGARA, casa: ASTILLERO PUERTO DE BALBOA

Información del Instrumento (Instrument Information)

Equipo (Instrument):	Manómetro	Int. de Medición: (Measurement Range)	(0 a 400) psi	Ubicación: (Location)	No indicado
Marca (Brand):	WIKA				
Modelo (Model):	No indicado	División de escala: (Resolution)	5 psi	Lugar de Calibración: (Place of Calibration):	Lab. INNOVATEC INNOVATEC's Lab.
Serie (Serial #):	MEC-MA-17				
Código (Code):	-				

Datos de Calibración (Calibration Info)

Procedimiento (Procedure): INN-PC-05

Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)

Temperatura (Temp): (23.4 a 24.1) °C Humedad (Humidity): (65 a 63) %HR

Trazabilidad (Traceability Info)

Patrón (Standard)	Marca (Brand)	Cert. #	Última Calibración (Last Cal.)	Período (Period)
Manómetro Digital	Fluke	35082	2023-05-22	1 años

Resultados (Results)

Patrón (Standard)	UBP (LUT)	Error (Error)	Incertidumbre (Uncertainty)
(psi)	(psi)	(psi)	
0.0	0	0	± 1.5 psi
40.0	38	-2	± 2.5 psi
120.0	118	-2	± 2.5 psi
200.0	197	-3	± 2.5 psi
280.0	277	-3	± 2.5 psi
360.0	357	-3	± 2.5 psi
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de K=2, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of K=2, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.

Comentarios: Los datos indicados para el objeto bajo prueba (UBP) son el promedio de 4 lecturas.
Comments

Calibrado por: Ing. Rubén Ortega
Calibrated by:

Aprobado por:
Approved by:



Firmado electrónicamente por
Ing. Mateo Borquez
Gerente Técnico

Fin de Certificado (End of Certificate)