

NO VALIDO



ESTADO

Hecho

PRIORIDAD

Bajo

TIEMPO ESTIMADO

1h

TIPO DE TRABAJO

Preventivo

DESCRIPCIÓN

Se realiza una evaluación general, limpieza de óptica y prueba de funcionamiento.

ASIGNADOS

Manuel
Meneses

CATEGORÍAS

Inspection

Mantenimiento Preventivo

UBICACIÓN

**Nativas
Company, S.A.**

Principal:
INNOVATECIS,
S.A.

EQUIPO

Turbidímetro Portátil PCE

PROCEDIMIENTO

Diagnóstico/ Evaluación de Generador de Gases

4 / 4

Campos completados

Revisión General



Comprobación de funcionamiento general del equipo:

✓ Aprobado

Alerta

Falla




PENDIENTE

PAGO



PAGO

VALIDADO
INNOVATEC
Industrial Solutions





PAGO



PAGO

PENDIENTE

NO VALIDO INNOVATEC
Industrial Solutions



PENDIENTE

Notas:

Se realizó inspección general y prueba de funcionamiento. Se limpiaron las tarjetas, ya que se muestra restos de algún derrame de muestra. El equipo se ve bien físicamente.

Se comprobó funcionamiento. No se cuenta con estándares de turbiedad.

Rellenado por Manuel Meneses el 01/22/2025, 9:47 AM

Fecha de la revisión:

01/22/2025

Rellenado por Manuel Meneses el 01/22/2025, 9:47 AM

Firma del técnico:

NOVAL INDIVATEEC
M. MENESÉS

Firmado por Manuel Meneses el 01/22/2025, 9:51 AM

ⓘ INFORMACIÓN DE ORDEN DE TRABAJO

Creado por: Manuel Meneses el 01/22/2025, 9:08 AM

Última actualización el 01/22/2025, 9:51 AM

Completado el 01/22/2025, 9:51 AM



Firmado por

Fecha

PAGO