



Cert. #:4038.01

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

|                                                          |                                                            |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| INNOVATECIS CIA LTDA                                     | Certificado No. (Certificate #): 51422                     |
| General José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro | Fecha de Recepción (Reception Date): 2024-11-13            |
| Quito, Ecuador                                           | Fecha de Calibración (Calibration Date): 2024-11-14        |
| (+593) 02 6040 607                                       | Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due): 2025-11-14 |
| innovatec@innovatec.com.ec                               | Fecha de Emisión (Emission Date): 2024-11-14               |

|                   |                                                                                                                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cliente (Client): | BAXTER HEALTHCARE PANAMA, S.A.<br>Corregimiento de San Francisco, Urbanización Punta Pacífica, Edificio Torre de las Américas, Oficina 2703 C., PANAMA, PANAMA |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                      |                         |                         |                  |
|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| Información del Instrumento (Instrument Information) |                         |                         |                  |
| Equipo (Instrument):                                 | Analizador de seguridad | Int. de Medición:       | 1999 µA; 19,99 Ω |
| Marca (Brand):                                       | BC Group                | (Measurement Range)     |                  |
| Modelo (Model):                                      | SA-2000                 | División de escala:     | 1 µA; 0,01 Ω     |
| Serie (Serial #) / ID:                               | 73342771<br>ANA2771     | (Resolution)            |                  |
| Ubicación:                                           | Campo                   | Lugar de Calibración:   | Lab. INNOVATEC   |
|                                                      |                         | (Place of Calibration): | INNOVATEC's Lab. |

|                                         |                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Datos de Calibración (Calibration Info) | Condiciones Ambientales (Environmental Conditions) |
| Procedimiento (Procedure): INN-PC-08    | Temperatura (Temp): (23,4 a 23,7) °C               |
|                                         | Humedad (Humidity): (65 a 67) %HR                  |

|                                  |               |         |                                |                  |
|----------------------------------|---------------|---------|--------------------------------|------------------|
| Trazabilidad (Traceability Info) |               |         |                                |                  |
| Patrón (Standard)                | Marca (Brand) | Cert. # | Última Calibración (Last Cal.) | Período (Period) |
| Multicalibrador Patrón           | Transmille    | 47302   | 2024-08-12                     | 1 año            |
| -                                | -             | -       | -                              | -                |

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| Resultados (Results)                                              |
| Ver Resultados en Hoja Adjuntada<br>See results in attached Sheet |

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de k=2, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of k=2, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.

|              |                                                                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comentarios: | El equipo o instrumento bajo calibración cumple y fue encontrado dentro de tolerancia para intensidad. |
| Comments     |                                                                                                        |

|                |                     |               |  |
|----------------|---------------------|---------------|--|
| Calibrado por: | Ing. Edwin Carvajal | Aprobado por: |  |
| Calibrated by: |                     | Approved by:  |  |

Fin de Certificado (End of Certificate)

Certificado No.: 51422

Equipo (Instrument): Analizador de seguridad

Fecha de Calibración: 2024-11-14

Marca (Brand): BC Group

| Tipo (Type) | Rango (Range) | Patrón (Standard) | UBP (UUT) | Error (Error) | Incertidumbre (Uncertainty) |
|-------------|---------------|-------------------|-----------|---------------|-----------------------------|
|-------------|---------------|-------------------|-----------|---------------|-----------------------------|

AS FOUND

|                            |         |         |         |        |           |
|----------------------------|---------|---------|---------|--------|-----------|
| Resistencia                | 20 Ω    | 2.00 Ω  | 2.21 Ω  | 0.21 Ω | ± 58 mΩ   |
| Resistencia                | 20 Ω    | 5.00 Ω  | 5.20 Ω  | 0.20 Ω | ± 60 mΩ   |
| Resistencia                | 20 Ω    | 10.00 Ω | 10.16 Ω | 0.16 Ω | ± 63 mΩ   |
| Resistencia                | 20 Ω    | 15.00 Ω | 15.08 Ω | 0.08 Ω | ± 63 mΩ   |
| Resistencia                | 20 Ω    | 18.00 Ω | 18.04 Ω | 0.04 Ω | ± 63 mΩ   |
| Intensidad alterna @ 60 Hz | 1999 μA | 200 μA  | 199 μA  | -1 μA  | ± 2.5 μA  |
| Intensidad alterna @ 60 Hz | 1999 μA | 300 μA  | 301 μA  | 1 μA   | ± 2.5 μA  |
| Intensidad alterna @ 60 Hz | 1999 μA | 1000 μA | 1004 μA | 4 μA   | ± 25 μA   |
| Intensidad alterna @ 60 Hz | 1999 μA | 1500 μA | 1506 μA | 6 μA   | ± 25 μA   |
| Intensidad alterna @ 60 Hz | 1999 μA | 1800 μA | 1808 μA | 8 μA   | ± 25 μA   |
| Intensidad continua        | 1999 μA | 200 μA  | 197 μA  | -3 μA  | ± 0.3 μA  |
| Intensidad continua        | 1999 μA | 300 μA  | 296 μA  | -4 μA  | ± 0.47 μA |
| Intensidad continua        | 1999 μA | 1000 μA | 996 μA  | -4 μA  | ± 2.1 μA  |
| Intensidad continua        | 1999 μA | 1500 μA | 1500 μA | 0 μA   | ± 2.1 μA  |
| Intensidad continua        | 1999 μA | 1800 μA | 1801 μA | 1 μA   | ± 2.1 μA  |

AS LEFT

|                            |         |         |         |        |           |
|----------------------------|---------|---------|---------|--------|-----------|
| Resistencia                | 20 Ω    | 2.00 Ω  | 2.21 Ω  | 0.21 Ω | ± 58 mΩ   |
| Resistencia                | 20 Ω    | 5.00 Ω  | 5.20 Ω  | 0.20 Ω | ± 60 mΩ   |
| Resistencia                | 20 Ω    | 10.00 Ω | 10.16 Ω | 0.16 Ω | ± 63 mΩ   |
| Resistencia                | 20 Ω    | 15.00 Ω | 15.08 Ω | 0.08 Ω | ± 63 mΩ   |
| Resistencia                | 20 Ω    | 18.00 Ω | 18.04 Ω | 0.04 Ω | ± 63 mΩ   |
| Intensidad alterna @ 60 Hz | 1999 μA | 200 μA  | 199 μA  | -1 μA  | ± 2.5 μA  |
| Intensidad alterna @ 60 Hz | 1999 μA | 300 μA  | 301 μA  | 1 μA   | ± 2.5 μA  |
| Intensidad alterna @ 60 Hz | 1999 μA | 1000 μA | 1004 μA | 4 μA   | ± 25 μA   |
| Intensidad alterna @ 60 Hz | 1999 μA | 1500 μA | 1506 μA | 6 μA   | ± 25 μA   |
| Intensidad alterna @ 60 Hz | 1999 μA | 1800 μA | 1808 μA | 8 μA   | ± 25 μA   |
| Intensidad continua        | 1999 μA | 200 μA  | 197 μA  | -3 μA  | ± 0.3 μA  |
| Intensidad continua        | 1999 μA | 300 μA  | 296 μA  | -4 μA  | ± 0.47 μA |
| Intensidad continua        | 1999 μA | 1000 μA | 996 μA  | -4 μA  | ± 2.1 μA  |
| Intensidad continua        | 1999 μA | 1500 μA | 1500 μA | 0 μA   | ± 2.1 μA  |
| Intensidad continua        | 1999 μA | 1800 μA | 1801 μA | 1 μA   | ± 2.1 μA  |