



VALIDADO



Cert. #:4038.01

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

INNOVATECIS, S.A.

San Francisco, Ave. Los Fundadores, entre calle 74 y 75.

Panamá, Panamá

(+507) 310 2868

ventas.panama@group-innovatec.com

Certificado No. (Certificate #): 51466

Fecha de Recepción (Reception Date): 2024-11-18

Fecha de Calibración (Calibration Date): 2024-11-18

Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due): 2025-11-18

Fecha de Emisión (Emission Date): 2024-11-18

Cliente (Client): PANAVOLT SA
Corregimiento de Ancon, Urbanización Llanos de Curundu, Calle Principal, Casa 707

Información del Instrumento (Instrument Information)

Equipo (Instrument):	Medidor de resistencia a tierra	Int. de Medición:	2000 Ω; 200 VAC	Ubicación:	Campo
Marca (Brand):	KYORITSU	(Measurement Range)		(Location)	
Modelo (Model):	KEW 4105A	División de escala:	1 Ω; 0,1 VAC	Lugar de Calibración:	Lab. INNOVATEC
Serie (Serial #) / ID:	E8473401	(Resolution)		(Place of Calibration):	INNOVATEC's Lab.

Datos de Calibración (Calibration Info) Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)

Trazabilidad (Traceability Info)

Patrón (Standard)	Marca (Brand)	Cert. #	Última Calibración (Last Cal.)	Período (Period)
Multicalibrador Patrón	Transmille	47302	2024-08-12	1 año
Multímetro Patrón	Fluke	CMP-09262	2022-12-02	2 años
-	-	-	-	-

Resultados (Results)

Ver Resultados en Hoja Adjuntada
See results in attached Sheet

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de k=2, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standar Laboratories to the Internacional System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of k=2, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.

Comentarios:

Comments Ninguno

Calibrado por:

Calibrated by:

Ing. Edwin Carvajal

Aprobado por:

Approved by:



Fin de Certificado (End of Certificate)

Certificado No.: 51466		Equipo (Instrument): Medidor de resistencia a tierra				
Fecha de Calibración: 2024-11-18		Marca (Brand): KYORITSU				
Tipo (Type)	Rango (Range)	Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	Incertidumbre (Uncertainty)	
Resistencia	20.00 Ω	10.25 Ω	10.06 Ω	-0.19 Ω	$\pm 1.6 \text{ m}\Omega$	
Resistencia	200.0 Ω	99.9 Ω	99.9 Ω	0.0 Ω	$\pm 14 \text{ m}\Omega$	
Resistencia	2000 Ω	1006 Ω	1005 Ω	-1 Ω	$\pm 0.16 \text{ }\Omega$	
Tensión alterna @ 50 Hz	200.0 V	20.0 V	19.9 V	-0.1 V	$\pm 0.17 \text{ V}$	
Tensión alterna @ 50 Hz	200.0 V	100.0 V	99.7 V	-0.3 V	$\pm 0.2 \text{ V}$	
Tensión alterna @ 50 Hz	200.0 V	180.0 V	179.3 V	-0.7 V	$\pm 1.7 \text{ V}$	
Tensión alterna @ 200 Hz	200.0 V	180.0 V	179.1 V	-0.9 V	$\pm 1.7 \text{ V}$	