



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

INNOVATECIS CIA LTDA
General José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro
Quito, Ecuador
(+593) 02 6040 607
innovatec@innovatec.com.ec

Certificado No. (Certificate #): 57024
Fecha de Recepción (Reception Date): 2025-05-16
Fecha de Calibración (Calibration Date): 2025-05-16
Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due): 2026-05
Fecha de Emisión (Emission Date): 2025-05-19

Cliente (Client): RESTREPO COMERCIAL INTERANDINA CIA. LTDA.
Av. Eloy Alfaro N32-543 y Av. de los Shyris Edificio Nuevolar, QUITO, PICHINCHA

Información del Instrumento (Instrument Information)

Equipo (Instrument):	REFRIGERADOR	Int. de Medición: (Measurement Range)	(2 a 8) °C	Ubicación: (Location):	*****
Marca (Brand):	INDURAMA				
Modelo (Model):	VFV-400CZ	División de escala: (Resolution)	0.1 °C	Lugar de Calibración: (Place of Calibration):	In Situ On Site
Serie (Serial #):	E01047746300360523				
Código (Code #):					

Datos de Calibración (Calibration Info)	Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)
Procedimiento (Procedure): INN-PC-29	Temp. Inicial (Initial Temp.): 22.15 °C Temp. Final (Final Temp.): 23.45 °C
	Hum. Inicial (Initial Hum.): 52.18 %HR Hum. Final (Final Hum.): 51.26 %HR

Trazabilidad (Traceability Info)

Patrón (Standard)	Marca (Brand)	Cert. #	Última Calibración (Last Cal.)	Período (Period)
Dalalogger	Elitech	47502, 47496, 47503	2024-06-28	1 año
Datalogger	Elitech	47509, 47497, 47504	2024-06-28	1 año
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Resultados (Results)

Ver Resultados en Hoja Adjunta
See results in attached Sheet

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de k=2, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. *This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of k=2, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.*

Comentarios: (Comments) Los resultados son un promedio de los datos tomados durante la calibración. Se toma como Referencia de la Temperatura los datos del equipo tipo Datalogger Elitech SERIE: TZ0422046670

Calibrado por: (Calibrated by):	Ing. Patricio Llerena	Aprobado por: (Approved by):	
--	-----------------------	-------------------------------------	--

Certificado No.: 57024		Equipo (Instrument): REFRIGERADOR					
Fecha de Calibración: 2025-05-16		Marca (Brand): INDURAMA					
Nominal (Nominal)	Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	Precisión (Accuracy)	Estabilidad (Stability)	Uniformidad (Uniformity)	Incertidumbre (Uncertainty)
4 °C	4.453 °C	4.8 °C	0.384 °C	± 1.0 °C	5.347 °C	3.200 °C	± 3.6 °C

Diagram de Posición de Sensores (Sensor Position Diagram)



Leyenda:

- 1: Sensor #1
- 2: Sensor #2
- 3: Sensor #3
- 4: Sensor #4
- 5: Sensor #5
- 6: Sensor #6

Las imagenes utilizadas solo son un ejemplo de lo puntos de medida empleados y posición de los sensores.

Certificado No.: 57024

Equipo (Instrument): REFRIGERADOR

Fecha de Calibración: 2025-05-16

Marca (Brand): INDURAMA

Hora (Time)	UBP (UUT)	Patrón de Ref (Ref. Standard)	Sensor #1 (Sensor #1)	Sensor #2 (Sensor #2)	Sensor #3 (Sensor #3)	Sensor #4 (Sensor #4)	Sensor #5 (Sensor #5)	Sensor #6 (Sensor #6)	Sensor #7 (Sensor #7)	Sensor #8 (Sensor #8)	Error (Error)
12:00:00	5.2 °C	5.367 °C	6.4 °C	5.6 °C	5.0 °C	5.2 °C	5.3 °C	4.7 °C			-0.167 °C
12:30:00	4.4 °C	5.000 °C	5.5 °C	4.7 °C	4.8 °C	4.6 °C	5.1 °C	5.3 °C			-0.600 °C
13:00:00	4.2 °C	4.000 °C	4.6 °C	4.3 °C	3.7 °C	3.6 °C	3.7 °C	4.1 °C			0.200 °C
13:30:00	4.6 °C	3.367 °C	3.9 °C	4.5 °C	3.2 °C	3.0 °C	2.5 °C	3.1 °C			1.233 °C
14:00:00	5.4 °C	4.183 °C	5.5 °C	5.5 °C	4.6 °C	4.3 °C	1.8 °C	3.4 °C			1.217 °C
14:30:00	4.7 °C	5.717 °C	6.2 °C	5.1 °C	5.9 °C	5.3 °C	5.7 °C	6.1 °C			-1.017 °C
15:00:00	4.2 °C	4.183 °C	4.8 °C	4.4 °C	4.1 °C	3.7 °C	3.8 °C	4.3 °C			0.017 °C
15:30:00	5.0 °C	3.083 °C	3.8 °C	4.7 °C	2.3 °C	2.9 °C	2.0 °C	2.8 °C			1.917 °C
16:00:00	5.3 °C	4.950 °C	6.2 °C	5.6 °C	4.8 °C	5.1 °C	3.4 °C	4.6 °C			0.350 °C
16:30:00	4.4 °C	4.917 °C	5.6 °C	4.8 °C	4.2 °C	4.6 °C	5.0 °C	5.3 °C			-0.517 °C
17:00:00	4.2 °C	3.867 °C	4.6 °C	4.3 °C	3.2 °C	3.5 °C	3.6 °C	4.0 °C			0.333 °C
17:30:00	5.2 °C	4.383 °C	5.0 °C	5.1 °C	4.3 °C	4.1 °C	3.6 °C	4.2 °C			0.817 °C
18:00:00	10.3 °C	7.200 °C	8.8 °C	9.8 °C	6.8 °C	7.6 °C	4.0 °C	6.2 °C			3.100 °C
18:30:00	4.0 °C	3.967 °C	4.6 °C	4.2 °C	3.7 °C	3.5 °C	3.7 °C	4.1 °C			0.033 °C
19:00:00	4.9 °C	3.167 °C	3.7 °C	4.7 °C	2.9 °C	2.8 °C	2.1 °C	2.8 °C			1.733 °C
19:30:00	5.3 °C	4.933 °C	6.1 °C	5.6 °C	5.3 °C	4.9 °C	3.2 °C	4.5 °C			0.367 °C
20:00:00	4.5 °C	5.017 °C	5.6 °C	4.8 °C	4.8 °C	4.6 °C	5.0 °C	5.3 °C			-0.517 °C
20:30:00	4.1 °C	3.967 °C	4.6 °C	4.3 °C	3.8 °C	3.5 °C	3.6 °C	4.0 °C			0.133 °C
21:00:00	5.1 °C	3.167 °C	4.1 °C	5.0 °C	3.2 °C	2.9 °C	1.4 °C	2.4 °C			1.933 °C
21:30:00	5.1 °C	5.283 °C	6.5 °C	5.5 °C	5.4 °C	5.2 °C	4.0 °C	5.1 °C			-0.183 °C
22:00:00	4.3 °C	4.717 °C	5.3 °C	4.6 °C	4.7 °C	4.3 °C	4.5 °C	4.9 °C			-0.417 °C
22:30:00	4.3 °C	3.667 °C	4.2 °C	4.3 °C	3.4 °C	3.2 °C	3.2 °C	3.7 °C			0.633 °C
23:00:00	5.4 °C	3.933 °C	5.2 °C	5.4 °C	4.3 °C	4.1 °C	1.4 °C	3.2 °C			1.467 °C
23:30:00	4.7 °C	5.517 °C	6.1 °C	5.1 °C	5.2 °C	5.1 °C	5.7 °C	5.9 °C			-0.817 °C
0:00:00	4.2 °C	4.133 °C	4.9 °C	4.4 °C	3.5 °C	3.8 °C	3.9 °C	4.3 °C			0.067 °C
0:30:00	5.2 °C	3.200 °C	4.2 °C	5.0 °C	3.2 °C	3.0 °C	1.3 °C	2.5 °C			2.000 °C
1:00:00	5 °C	5.517 °C	6.6 °C	5.4 °C	5.7 °C	5.4 °C	4.5 °C	5.5 °C			-0.517 °C
1:30:00	4.3 °C	4.567 °C	5.2 °C	4.6 °C	4.5 °C	4.1 °C	4.3 °C	4.7 °C			-0.267 °C
2:00:00	4.4 °C	3.500 °C	4.0 °C	4.3 °C	3.4 °C	3.0 °C	2.9 °C	3.4 °C			0.900 °C
2:30:00	5.4 °C	4.533 °C	5.9 °C	5.6 °C	4.3 °C	4.7 °C	2.6 °C	4.1 °C			0.867 °C
3:00:00	4.5 °C	5.117 °C	5.7 °C	4.9 °C	5.1 °C	4.6 °C	5.0 °C	5.4 °C			-0.617 °C
3:30:00	4.2 °C	3.800 °C	4.4 °C	4.3 °C	3.5 °C	3.3 °C	3.4 °C	3.9 °C			0.400 °C
4:00:00	5.4 °C	3.700 °C	5.0 °C	5.4 °C	4.2 °C	3.8 °C	0.9 °C	2.9 °C			1.700 °C
4:30:00	4.7 °C	5.617 °C	6.1 °C	5.1 °C	5.7 °C	5.1 °C	5.7 °C	6.0 °C			-0.917 °C
5:00:00	4.2 °C	4.150 °C	4.8 °C	4.4 °C	4.0 °C	3.7 °C	3.8 °C	4.2 °C			0.050 °C
5:30:00	5.2 °C	3.233 °C	4.2 °C	5.1 °C	3.4 °C	3.1 °C	1.2 °C	2.4 °C			1.967 °C
6:00:00	4.9 °C	5.583 °C	6.5 °C	5.4 °C	5.8 °C	5.4 °C	4.8 °C	5.6 °C			-0.683 °C
6:30:00	4.2 °C	4.467 °C	5.1 °C	4.5 °C	4.4 °C	4.0 °C	4.2 °C	4.6 °C			-0.267 °C
7:00:00	4.6 °C	3.317 °C	3.9 °C	4.5 °C	2.8 °C	2.9 °C	2.6 °C	3.2 °C			1.283 °C
7:30:00	5.8 °C	4.917 °C	6.2 °C	5.6 °C	4.7 °C	5.0 °C	3.3 °C	4.7 °C			0.383 °C
8:00:00	4.4 °C	4.900 °C	5.5 °C	4.7 °C	4.8 °C	4.5 °C	4.8 °C	5.1 °C			-0.500 °C
8:30:00	4.3 °C	3.767 °C	4.3 °C	4.3 °C	3.6 °C	3.3 °C	3.3 °C	3.8 °C			0.533 °C
9:00:00	5.4 °C	3.917 °C	5.2 °C	5.5 °C	4.4 °C	4.1 °C	1.2 °C	3.1 °C			1.483 °C
9:30:00	4.7 °C	5.633 °C	6.1 °C	5.1 °C	5.7 °C	5.1 °C	5.8 °C	6.0 °C			-0.933 °C
10:00:00	4.2 °C	4.067 °C	4.7 °C	4.4 °C	3.9 °C	3.6 °C	3.7 °C	4.1 °C			0.133 °C
10:30:00	5.3 °C	3.333 °C	4.4 °C	5.2 °C	3.6 °C	3.3 °C	1.0 °C	2.5 °C			1.967 °C
11:00:00	4.9 °C	5.733 °C	6.5 °C	5.4 °C	5.9 °C	5.5 °C	5.3 °C	5.8 °C			-0.833 °C
11:30:00	4.5 °C	5.517 °C	6.3 °C	5.3 °C	5.7 °C	5.2 °C	5.1 °C	5.5 °C			-1.017 °C

Graficos (Graphs):

Caracterización de Temperatura

