

INFORME DE VERIFICACIÓN / VERIFICATION REPORT

INNOVATECIS CIA LTDA

General José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro

Quito, Ecuador

(+593) 02 6040 607

innovatec@innovatec.com.ec

Certificado No. (Certificate #): 57175

Fecha de Recepción (Reception Date): 2025-05-22

Fecha de Verificación (Verification Date): 2025-05-27

Próxima Fecha de Verificación (Verification Due): 2026-05-27

Fecha de Emisión (Emission Date): 2025-05-29

Cliente (Client): Baxter de Panamá, S.A

Dirección (Direction): Plaza Albrook Comercial Park Oficina 116, Panamá (Panama), Panamá

Información del Instrumento (Instrument Information)

Equipo (Instrument):	Manta antiestática	Int. de Medición:	N/A	Ubicación:	Campo
Marca (Brand):	No Indicada	(Measurement Range)		(Location)	
Modelo (Model):	No indicado	División de escala:	N/A	Lugar de Calibración:	Lab. INNOVATEC
Serie (Serial #) / ID:	INN-57175/ ESD052220B	(Resolution)		(Place of Calibration):	INNOVATEC's Lab.

Datos de Verificación (Verification Info)

Procedimiento (Procedure): INN-PC-08

Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)

Temperatura (Temp): (23,4 a 23,7) °C

Humedad (Humidity): (65 a 67) %HR

Trazabilidad (Traceability Info)

Patrón (Standard)	Marca (Brand)	Cert. #	Última Calibración (Last Cal.)	Período (Period)
Multímetro Patrón	Fluke	CMP-10155	2024-11-27	2 años
-	-	-	-	-

Resultados (Results)

Valor medido	Tolerancia
37.2 MΩ	1 MΩ a 1 GΩ

El presente Certificado de Verificación posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La verificación fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de k=2, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. This Certificate of Verification provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standar Laboratories to the Internacional System of Units. The verification was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of k=2, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.

Comentarios:

Comments

El equipo o instrumento bajo verificación cumple y fue encontrado dentro de tolerancia.

Verificado por:

Calibrated by:

Rodrigo Alejandro Tejada del Rosario

Aprobado por:

Approved by:



Fin de Certificado (End of Certificate)