



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

INNOVATECIS CIA LTDA

Certificado No. (Certificate #): 56765

General José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro

Fecha de Recepción (Reception Date): 2025-05-07

Quito, Ecuador

Fecha de Calibración (Calibration Date): 2025-05-07

(+593) 02 6040 607

Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due): -

innovatec@innovatec.com.ec

Fecha de Emisión (Emission Date): 2025-05-08

Cliente (Client): Productos Alimenticios Pascual, S.A
Ave. José Agustín Arango, Juan Díaz

Información del Instrumento (Instrument Information)

Equipo (Instrument):	Incubadora	Int. de Medición: (Measurement Range)	5 a 70 °C	Ubicación (Location):	Laboratorio de Microbiología Planta de Producción Pascual
Marca (Brand):	IMPERIAL II			Lugar de Calibración: (Place of Calibration):	In Situ / On Site
Modelo (Model):	300	División de escala: (Resolution)	1 °C		
Serie (Serial #):	1271				
Código (Code):	LABP-INC-01				

Datos de Calibración (Calibration Info)

Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)

Procedimiento (Procedure): INN-PC-29

Temperatura (Temp): (19.0 °C ± 19.7 °C)

Humedad (Humidity): (65 %HR ± 65 %HR)

Trazabilidad (Traceability Info)

Patrón (Standard)	Marca (Brand)	Cert. #	Última Calibración (Last Cal.)	Período (Period)
Termohigrómetro	Elitech	53718 al 53727	2025-02-04	1 año
Termohigrómetro	Hobo	53731	2025-02-04	1 año

Resultados (Results)

Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	Incertidumbre (Uncertainty)	Estabilidad (Stability)	Uniformidad (Uniformity)
°C	°C	°C			Axial / Radial
24.9	24.0	-0.9	± 2.0 °C	± 1.7 °C	± 1.9 °C / ± 2.0 °C
42.6	42.0	-0.6	± 2.8 °C	± 1.0 °C	± 4.5 °C / ± 1.2 °C
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, o otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de K=2, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of K=2, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.

Comentarios: Los valores del UBP (UUT) fueron obtenidos de las lecturas de un termómetro de líquido en vidrio ubicado en la parte superior de la incubadora. Con ID LABP-TER-01
Comments

Calibrado por: Ing. Rubén Ortega
Calibrated by:

Aprobado por:
Approved by:



Certificado No.: 56765
Fecha de Calibración: 2025-05-07

Equipo (Instrument): Incubadora
Marca (Brand): IMPERIAL II

Tabla 1.0: Lecturas de los sensores durante desplazamiento en la zona de trabajo @ 25 °C										
Tiempo (hh:mm:ss)	Lectura del Patrón °C @ 25 °C									
	PC	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
10:46:59 AM	24	23.7	24.3	24.4	24.9	24.7	25.4	25.0	25.0	24.5
10:47:59 AM	24	23.7	24.3	24.4	25.0	24.7	25.5	25.0	25.0	24.6
10:48:59 AM	24	23.8	24.3	24.5	25.1	24.7	25.5	25.0	25.0	24.6
10:49:59 AM	24	23.8	24.3	24.5	25.2	24.7	25.5	25.0	25.0	24.6
10:50:59 AM	24	23.8	24.3	24.5	25.2	24.7	25.5	25.0	25.1	24.6
10:51:59 AM	24	23.8	24.3	24.5	25.3	24.7	25.5	25.0	25.1	24.6
10:52:59 AM	24	23.8	24.3	24.5	25.4	24.7	25.5	25.0	25.1	24.6
10:53:59 AM	24	23.8	24.3	24.5	25.5	24.7	25.6	25.1	25.1	24.6
10:54:59 AM	24	23.8	24.4	24.5	25.6	24.8	25.6	25.1	25.1	24.6
10:55:59 AM	24	23.8	24.4	24.5	25.7	24.8	25.6	25.1	25.1	24.6
10:56:59 AM	24	23.8	24.4	24.5	25.8	24.8	25.6	25.1	25.1	24.7
10:57:59 AM	24	23.8	24.4	24.5	25.8	24.8	25.6	25.1	25.1	24.7
10:58:59 AM	24	23.8	24.4	24.5	25.9	24.8	25.6	25.1	25.1	24.7
10:59:59 AM	24	23.9	24.4	24.6	26.0	24.8	25.6	25.1	25.1	24.7
11:00:59 AM	24	23.9	24.4	24.6	26.1	24.8	25.6	25.1	25.2	24.7
11:01:59 AM	24	23.9	24.4	24.6	26.1	24.8	25.6	25.2	25.2	24.7
11:02:59 AM	24	23.9	24.4	24.6	26.2	24.8	25.6	25.2	25.2	24.7
11:03:59 AM	24	23.9	24.4	24.6	26.3	24.9	25.7	25.2	25.2	24.7
11:04:59 AM	24	23.9	24.4	24.6	26.3	24.9	25.7	25.2	25.2	24.7
11:05:59 AM	24	23.9	24.5	24.6	26.4	24.9	25.7	25.2	25.2	24.7
11:06:59 AM	24	23.9	24.5	24.6	26.4	24.9	25.7	25.2	25.2	24.7
11:07:59 AM	24	23.9	24.5	24.6	26.5	24.9	25.7	25.2	25.2	24.7
11:08:59 AM	24	23.9	24.5	24.6	26.6	24.9	25.7	25.2	25.2	24.7
11:09:59 AM	24	23.9	24.5	24.6	26.6	24.9	25.7	25.2	25.2	24.7
Promedio	24.0	23.8	24.4	24.5	25.8	24.8	25.6	25.1	25.1	24.7
Desviación	0.0	0.1	0.1	0.1	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Max	24.0	23.9	24.5	24.6	26.6	24.9	25.7	25.2	25.2	24.7
Min	24.0	23.7	24.3	24.4	24.9	24.7	25.4	25.0	25.0	24.5
ΔT Est.	1.7									
ΔT Radial	2.0									
ΔT Axial	1.9									

Fin de Certificado (End of Certificate)

Certificado No.: 56765
Fecha de Calibración: 2025-05-07

Equipo (Instrument): Incubadora
Marca (Brand): IMPERIAL II

Tabla 1.0: Lecturas de los sensores durante desplazamiento en la zona de trabajo @ 42 °C										
Tiempo (hh:mm:ss)	Lectura del Patrón °C @ 42 °C									
	PC	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
1:57:58 PM	42	40.0	41.2	41.7	41.0	42.3	44.4	43.4	42.9	41.9
1:58:58 PM	42	40.1	41.2	41.7	41.1	42.3	44.4	43.4	43.0	42.0
1:59:58 PM	42	40.1	41.3	41.8	41.1	42.4	44.6	43.5	43.0	42.0
2:00:58 PM	42	40.2	41.3	41.9	41.2	42.4	44.6	43.6	43.1	42.1
2:01:58 PM	42	40.2	41.4	41.9	41.3	42.5	44.7	43.6	43.1	42.2
2:02:58 PM	42	40.3	41.4	42.0	41.3	42.5	44.7	43.7	43.2	42.2
2:03:58 PM	42	40.3	41.5	42.0	41.4	42.6	44.8	43.8	43.2	42.3
2:04:58 PM	42	40.4	41.5	42.0	41.4	42.6	44.8	43.8	43.3	42.3
2:05:58 PM	42	40.4	41.5	42.1	41.4	42.7	44.8	43.9	43.3	42.3
2:06:58 PM	42	40.5	41.6	42.2	41.5	42.7	44.9	43.9	43.4	42.4
2:07:58 PM	42	40.5	41.6	42.2	41.5	42.9	44.9	44.0	43.4	42.4
2:08:58 PM	42	40.7	41.7	42.3	41.6	42.9	45.0	44.0	43.4	42.4
2:09:58 PM	42	40.7	41.7	42.3	41.6	42.9	45.0	44.0	43.5	42.5
2:10:58 PM	42	40.7	41.7	42.3	41.6	43.0	45.0	44.1	43.5	42.5
2:11:58 PM	42	40.8	41.8	42.4	41.7	43.0	45.1	44.1	43.5	42.5
2:12:58 PM	42	40.8	41.9	42.4	41.8	43.0	45.1	44.1	43.6	42.6
2:13:58 PM	42	40.8	41.9	42.4	41.8	43.1	45.1	44.2	43.6	42.6
2:14:58 PM	42	40.9	41.9	42.5	41.8	43.1	45.1	44.2	43.6	42.6
2:15:58 PM	42	40.9	41.9	42.5	41.8	43.1	45.3	44.2	43.7	42.7
2:16:58 PM	42	40.9	42.0	42.5	41.9	43.2	45.3	44.3	43.7	42.7
2:17:58 PM	42	41.0	42.0	42.5	41.9	43.2	45.3	44.3	43.7	42.7
2:18:58 PM	42	41.0	42.0	42.6	41.9	43.2	45.3	44.3	43.8	42.7
2:19:58 PM	42	41.0	42.0	42.6	42.0	43.2	45.4	44.3	43.8	42.9
2:20:58 PM	42	41.0	42.1	42.6	42.0	43.3	45.4	44.4	43.8	42.9
Promedio	42.0	40.6	41.7	42.2	41.6	42.8	45.0	44.0	43.4	42.4
Desviación	0.0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Max	42.0	41.0	42.1	42.6	42.0	43.3	45.4	44.4	43.8	42.9
Min	42.0	40.0	41.2	41.7	41.0	42.3	44.4	43.4	42.9	41.9
ΔT Est.	1.0									
ΔT Radial	1.2									
ΔT Axial	4.5									

Fin de Certificado (End of Certificate)