

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

INNOVATECIS CIA LTDA

General José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro

Quito, Ecuador

(+593) 02 6040 607

innovatec@innovatec.com.ec

Certificado No. (Certificate #): 58709

Fecha de Recepción (Reception Date): 2025-07-07

Fecha de Calibración (Calibration Date): 2025-07-14

Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due):

Fecha de Emisión (Emission Date): 2025-07-14

Cliente (Client): TECTOTAL-MATERIALES CIA. LTDA.

AV AMAZONAS N38-42 Y VILLALENGUA, QUITO, PICHINCHA (SEDE PRINCIPAL)

Información del Instrumento (Instrument Information)

Equipo (Instrument): Detector de Gas

Marca (Brand): Det-Tronics

Modelo (Model): PIRECLA11A1T1

Serie (Serial #): 25APR110717

Código (Code): *****

Int. de Medición:
(Measurement Range):Normal - Sin gas peligroso
Falla - Error interno
Alarma de gas - Concentración
encima del umbral configuradoDivisión de escala:
(Resolution):

1 CH4 ppm

Ubicación:
(Location):

Laboratorio

Lugar de Calibración:
(Place of Calibration):Lab. INNOVATEC
INNOVATEC's Lab.

Datos de Calibración (Calibration Info)

Procedimiento (Procedure):

INN-PC-37

Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)

Temp. Inicial
(Initial Temp.):

21.4 °C

Temp. Final
(Final Temp.):

21.6 °C

Hum. Inicial (Initial Hum.): 60.5 %HR

Hum. Final (Final Hum.): 60.7 %HR

Trazabilidad (Traceability Info)

Material de Referencia (Reference Material)

Marca (Brand)

Cert.

Fecha Cert. (Cert. Date)

Caduca en (Expires in)

Reference Gas

COREGAS

QCSPC034031

2023-12-10

5 años

Reference Gas

COREGAS

QCSPC034029

2023-10-30

5 años

Reference Gas

COREGAS

QCSPC034030

2023-10-30

5 años

Resultados (Results)

Ver Resultados en Hoja Adjunta

See results in attached Sheet

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de $k=2$, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of $k=2$, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.

Comentarios:
Comments

Ninguno.

Calibrado por:
Calibrated by:

Ing. Isaac Calle

Aprobado por:
Approved by:

Fin de Certificado (End of Certificate)



Certificado No.: 58709		Equipo (Instrument): Detector de Gas						
Fecha de Calibración: 2025-07-14		Marca (Brand): Det-Tronics						
Tipo (Type)	Patrón (Standard)	UBP (ULT)	Error (Error)	Exactitud (Accuracy)		Incertidumbre (Uncertainty)		
CH4 - Metano	0.0 ppm mol	0.0 ppm mol	0.0 ppm mol	±	2.01 ppm mol	±	0.58 ppm mol	
CH4 - Metano	10.1 ppm mol	10.170 ppm mol	0.070 ppm mol	±	2.01 ppm mol	±	0.77 ppm mol	
CH4 - Metano	100.5 ppm mol	100.05 ppm mol	-0.450 ppm mol	±	2.01 ppm mol	±	2.1 ppm mol	

PAGO

PENDIENTE