



NOV A L I D



Cert. #:4038.01

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

INNOVATECIS CIA LTDA
General José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro
Quito, Ecuador
(+593) 02 6040 607
innovatec@innovatec.com.ec

Certificado No. (Certificate #): 60574
Fecha de Recepción (Reception Date): 2025-08-26
Fecha de Calibración (Calibration Date): 2025-08-26
Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due): 2026-08
Fecha de Emisión (Emission Date): 2025-08-26

Cliente (Client): INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE C A
VALLE / MAIQUETIA SN Y BRASILIA, LOJA, LOJA

Información del Instrumento (Instrument Information)

Equipo (Instrument):	Termocupla	Código (Code):	Secador 1203	Int. de Medición: (Measurement Range):	(-200 a 700) °C
Marca (Brand):	Digimec	Ubicación (Location):	Deshidratados		
Modelo (Model):	CHME	Lugar de Calibración (Place of Calibration):	In Situ	División de escala: (Resolution):	1 °C
Serie (Serial #):	Secador 1203		On Site		

Datos de Calibración (Calibration Info)

Procedimiento (Procedure):	INN-PC-02	Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)	
		Temp. Inicial (Initial Temp.):	23.3 °C
		Temp. Final (Final Temp.):	23.4 °C
		Hum. Inicial (Initial Hum.):	56.7 %HR
		Hum. Final (Final Hum.):	57.4 %HR

Trazabilidad (Traceability Info)

Patrón (Standard)	Marca (Brand)	Cert. #	Ultima Calibración (Last Cal.)	Período (Period)
PRT	ISOTECH	AC-31859	2025-06-30	2 años
Advanced Multimeter	Transmille	51065	2024-03-26	2 años

Resultados (Results)

Ver Resultados en Hoja Adjunta
See results in attached Sheet

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de k=2, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standar Laboratories to the Internacional System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of k=2, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.

Comentarios: Ninguno
Comments

Calibrado por: Ing. Isaac Calle
Calibrated by:

Aprobado por:
Approved by:

Fin de Certificado (End of Certificate)

Certificado No.: 60574		Equipo (Instrument): Termocupla				
Fecha de Calibración: 2025-08-26		Marca (Brand): Digimec				
Nominal (Nominal)	Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	Exactitud (Accuracy)		Incertidumbre (Uncertainty)
40 °C	40.199 °C	39.50 °C	-0.700 °C	±	2.2 °C	± 5.8E-01 °C
62.5 °C	62.699 °C	61.50 °C	-1.200 °C	±	2.2 °C	± 5.8E-01 °C
80 °C	79.299 °C	79.70 °C	0.400 °C	±	2.2 °C	± 5.8E-01 °C

NO APROBADO