

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

INNOVATECIS CIA LTDA
General José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro
Quito, Ecuador
(+593) 02 6040 607
innovatec@innovatec.com.ec

Certificado No. (Certificate #): 61175
Fecha de Recepción (Reception Date): 2025-09-11
Fecha de Calibración (Calibration Date): 2025-09-11
Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due): 2026-09
Fecha de Emisión (Emission Date): 2025-09-11

Cliente (Client): SISTEMAS INTEGRADOS DE CARGA ORIONCARGO S.A
AV GENERAL ENRIQUEZ LOTE 5, SANGOLQUI, PICHINCHA

Información del Instrumento (Instrument Information)					
Equipo (Instrument):	Registrador de	Código (Code):	TH 120	Int. de Medición:	(-25 a 70) °C
	Temperatura y Humedad				
Marca (Brand):	AM2315	Ubicación (Location):		(Measurement Range):	(0 a 100) %HR
Modelo (Model):	CJ2305	Lugar de Calibración (Place of Calibration):	In Situ	División de escala:	0.01 °C
Serie (Serial #):	INN-28427		On Site	(Resolution):	0.01 %HR

Datos de Calibración (Calibration Info)		Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)	
Procedimiento (Procedure): INN-PC-24		Temperatura (Temp): (21.8 a 21.5) °C	Humedad (Humidity): (52.3 a 52.9)%HR

Trazabilidad (Traceability Info)				
Patrón (Standard)	Marca (Brand)	Cert. #	Última Calibración (Last Cal.)	Período (Period)
Termohigrómetro	GOVEE	54330	2025-03-03	1 año

Resultados (Results)					
Nominal (Nominal)	Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	E.M.P (Tolerance)	Incertidumbre (Uncertainty)
15 °C	23.494 °C	22.436 °C	-1.058 °C	± 0.5 °C	± 0.38 °C
39 %HR	60.37 %HR	60.58 %HR	0.21 %HR	± 5 %HR	± 3.0 %HR
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, o otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de K=2, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standar Laboratories to the Internacional System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of K=2, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.

Comentarios: Ninguna.
Comments:

Calibrado por: Ing. Isaac Calle
Calibrated by:

Aprobado por:
Approved by:



Fin de Certificado (End of Certificate)

Certificado No.:
Fecha de Calibración:

61175
2025-09-11

Registrador de Temperatura y Humedad
AM2315

Tabla 1.0: Lecturas de la TEMPERATURA en el área de trabajo (°C)

Tiempo (hh:mm:ss)	Temperatura Patrón (°C)	Temperatura Calibrando (°C)	Error (°C)
2:50:00 PM	23.9	22.3	-1.64
2:51:00 PM	23.9	22.3	-1.64
2:52:00 PM	23.8	22.3	-1.54
2:53:00 PM	23.8	22.3	-1.54
2:54:00 PM	23.8	22.3	-1.54
2:55:00 PM	23.7	22.3	-1.38
2:56:00 PM	23.7	22.3	-1.38
2:57:00 PM	23.7	22.3	-1.38
2:58:00 PM	23.7	22.3	-1.38
2:59:00 PM	23.6	22.3	-1.28
3:00:00 PM	23.6	22.3	-1.28
3:01:00 PM	23.6	22.3	-1.28
3:02:00 PM	23.6	22.3	-1.28
3:03:00 PM	23.5	22.3	-1.21
3:04:00 PM	23.5	22.4	-1.09
3:05:00 PM	23.5	22.4	-1.06
3:06:00 PM	23.5	22.4	-1.03
3:07:00 PM	23.4	22.4	-1.01
3:08:00 PM	23.4	22.5	-0.87
3:09:00 PM	23.4	22.5	-0.84
3:10:00 PM	23.3	22.5	-0.82
3:11:00 PM	23.3	22.5	-0.79
3:12:00 PM	23.3	22.5	-0.76
3:13:00 PM	23.3	22.5	-0.74
3:14:00 PM	23.2	22.5	-0.71
3:15:00 PM	23.2	22.7	-0.51
3:16:00 PM	23.2	22.7	-0.48
3:17:00 PM	23.2	22.7	-0.46
3:18:00 PM	23.1	22.7	-0.43
3:19:00 PM	23.1	22.7	-0.40
Promedio	23.49	22.44	
Desviación	0.238	0.154	
Max	23.90	22.70	
Min	23.10	22.26	

Certificado No.:

61175

Registrador de Temperatura y Humedad

Fecha de Calibración:


2025-09-11

AM2315

Tabla 2.0: Lecturas de la HUMEDAD RELATIVA en el área de trabajo (%HR)

Tiempo (hh:mm:ss)	Humedad Relativa Patrón (%HR)	Humedad Relativa Calibrando (%HR)	Error (%HR)
2:50:00 PM	58.3	60.3	2.02
2:51:00 PM	58.8	60.3	1.52
2:52:00 PM	59.0	60.3	1.32
2:53:00 PM	59.2	60.3	1.12
2:54:00 PM	59.4	60.6	1.18
2:55:00 PM	59.6	60.6	0.98
2:56:00 PM	60.0	60.6	0.58
2:57:00 PM	60.2	60.6	0.38
2:58:00 PM	60.4	60.6	0.18
2:59:00 PM	60.5	60.6	0.13
3:00:00 PM	60.6	60.6	0.03
3:01:00 PM	60.5	60.6	0.13
3:02:00 PM	60.6	60.6	0.03
3:03:00 PM	60.6	60.6	0.03
3:04:00 PM	60.8	60.6	-0.17
3:05:00 PM	60.8	60.6	-0.17
3:06:00 PM	60.8	60.6	-0.17
3:07:00 PM	60.7	60.6	-0.07
3:08:00 PM	60.7	60.6	-0.12
3:09:00 PM	60.8	60.6	-0.22
3:10:00 PM	60.9	60.6	-0.32
3:11:00 PM	60.8	60.6	-0.22
3:12:00 PM	60.8	60.6	-0.22
3:13:00 PM	60.9	60.6	-0.32
3:14:00 PM	61.0	60.6	-0.42
3:15:00 PM	61.0	60.6	-0.42
3:16:00 PM	60.9	60.7	-0.20
3:17:00 PM	60.8	60.7	-0.10
3:18:00 PM	60.8	60.7	-0.10
3:19:00 PM	60.9	60.7	-0.20
Promedio	60.37	60.58	
Desviación	0.731	0.110	
Max	61.00	60.70	
Min	58.30	60.32	

Curva de Calibración - TEMPERATURA



Curva de Calibración - % HUMEDAD RELATIVA

