

NO VALIDO

INNOVATEC
Industrial Solutions ESTADO Hecho PRIORIDAD

Alto

 TIEMPO ESTIMADO

1h

TIPO DE TRABAJO

Reactivo

 DESCRIPCIÓN

Revisión/ Evaluación del medidor.

 ASIGNADOS Manuel
Meneses CATEGORÍAS

Inspection

Mantenimiento Preventivo

 UBICACIÓN

IMEL QUIMICA

Principal: INNOVATECIS, S.A.

 RECURSOHI9829 Multi parámetros IMEL
QF-E41 PROCEDIMIENTO

Diagnóstico/ Evaluación

3 / 4

Campos completados

Revisión General

PAGO



Comprobación de funcionamiento general del equipo:

- ✓ Aprobado
- Alerta
- Falla



Notas:

Se realiza la inspección general y prueba de funcionamiento.

Se realiza revisión de electrodos y luego prueba de desempeño.

El electrodo de pH está respondiendo correctamente a los valores estándares de pH 4.01 y 7.00.

Aunque el cliente no guarda datos de mV de los ajustes, el equipo mantiene respuesta dentro de los valores esperados para este parámetro, lo cual indica que puede ser ajustado sin inconvenientes.

El nivel del electrolito interno de la sonda se observa bajo.

Rellenado por Manuel Meneses el 06/16/2025, 4:23 PM

Fecha de la revisión:

06/16/2025

Rellenado por Manuel Meneses el 06/16/2025, 4:23 PM

Firma del técnico:

M. MENESSES

Firmado por Manuel Meneses el 06/16/2025, 4:24 PM

Por parte del cliente: :

No se ha dado ninguna firma.

INFORMACIÓN DE ORDEN DE TRABAJO

Creado por: Manuel Meneses el 06/16/2025, 3:07 PM

NO VALIDO INNOVATEC
Industrial Solutions

PENDIENTE

Última actualización el 06/16/2025, 4:27 PM

Completado el 06/16/2025, 4:27 PM

NO VALIDO

Firmado por

Fecha

PENDIENTE

PAGO