

INFORME DE REVISIÓN			
No. de Informe:	64385.1	Fecha de revisión:	2025-10-16
Descripción del proyecto y/o Equipo:		Micropipeta	
Marca:	Fisherbrand	Modelo:	Finnpipette
No. de serie:	U47840	ID/Código:	QF-V-26
Propietario:	Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses		
Contacto:	Lic. Lilia Pinzón		
Informe realizado por:	Ing. Rodrigo Tejada.		

<b>1. Motivo de la revisión:</b>
Mantenimiento preventivo
<b>2. Acción Inmediata</b>
Limpieza externa e interna
<b>3. Complementos de la revisión:</b>
Se realiza la revisión interna y mantenimiento interno
Se coloco grasa en el resorte interior
<b>4. Observaciones:</b>
Sin observaciones
<b>5. Recomendaciones:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Es recomendable mantener la pipeta en un soporte en posición vertical después de ser utilizada.</li><li>Es recomendable durante el almacenamiento en el valor maximo de ajuste, para evitar desgaste en el resorte.</li></ul>

