

NO VALIDO

INFORME DE REVISION

No. de Informe:	64112.1	Fecha de revisión:	2025-09-22
Descripción del proyecto y/o Equipo:	Micropipeta		
Marca:	MICROLITRBO	Modelo:	No indicado
No. de serie:	22205288	ID/Código:	QF-V-46
Propietario:	Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses		
Contacto:	Lic. Lilia Pinzón		
Informe realizado por:	Ing. Rodrigo Tejada.		

1. Motivo de la revisión:
Mantenimiento preventivo
2. Acción Inmediata
Limpieza externa
3. Complementos de la revisión:
Se realiza la revisión interna y mantenimiento interno
4. Observaciones:
Sin observaciones
5. Recomendaciones:
- Es recomendable mantener la pipeta en un soporte en posición vertical despues de ser utilizada. - Es recomendable durante el almacenamiento en el valor maximo de ajuste, para evitar desgaste en el resorte.

