

NO VALIDO

INFORME DE REVISIÓN			
No. de Informe:	63070.1	Fecha de revisión:	2025-09-22
Descripción del proyecto y/o Equipo:		Micropipeta	
Marca:	Ratiolab	Modelo:	Ratiopetta
No. de serie:	YM5D085967	ID/Código:	QF-V-29
Propietario:	Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses		
Contacto:	Lic. Lilia Pinzón		
Informe realizado por:	Ing. Rodrigo Tejada.		

1. Motivo de la revisión: Mantenimiento preventivo
2. Acción Inmediata: Limpieza externa
3. Complementos de la revisión: Se realiza la revisión interna y mantenimiento interno
4. Observaciones: Sin observaciones
5. Recomendaciones: <ul style="list-style-type: none">Es recomendable mantener la pipeta en un soporte en posición vertical después de ser utilizada.Es recomendable durante el almacenamiento en el valor maximo de ajuste, para evitar desgaste en el resorte.

PAGO

