

# CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

**INNOVATECIS CIA LTDA**

General José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro

Quito, Ecuador

(+593) 02 6040 607

innovatec@innovatec.com.ec

**Certificado No. (Certificate #):** 27904

**Fecha de Recepción (Reception Date):** 2022-08-24

**Fecha de Calibración (Calibration Date):** 2022-08-26

**Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due):** -

**Fecha de Emisión (Emission Date):** 2022-08-26

**Cliente (Client):** R.V.R. TRANSFORMADORES CIA LTDA  
 CARCELEN INDUSTRIAL CALLE 3E-N7292 ANANSAYES, QUITO, PICHINCHA

**Información del Instrumento (Instrument Information)**

|                             |                     |                            |                                                         |                                |                  |
|-----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>Equipo (Instrument):</b> | Pinza Amperimetrica | <b>Int. de Medición:</b>   | 600 VAC; 600 VDC; 600 AAC; 200 $\mu$ ADC; 60 k $\Omega$ | <b>Ubicación:</b>              | Taller           |
| <b>Marca (Brand):</b>       | Fluke               |                            |                                                         |                                |                  |
| <b>Modelo (Model):</b>      | 902FC               | <b>División de escala:</b> | 0,1 V; 0,1 $\mu$ A; 0,1 $\Omega$                        | <b>Lugar de Calibración:</b>   | Lab. INNOVATEC   |
| <b>Serie (Serial #):</b>    | 41630328WS          |                            |                                                         | <b>(Place of Calibration):</b> | INNOVATEC's Lab. |

**Datos de Calibración (Calibration Info)**
**Procedimiento (Procedure):** INN-PC-08

**Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)**
**Temperatura (Temp):** (21.1 °C a 21.1 °C)

**Humedad (Humidity):** (45 %HR a 45 %HR)

**Trazabilidad (Traceability Info)**

| <b>Patrón (Standard)</b> | <b>Marca (Brand)</b> | <b>Cert. #</b> | <b>Última Calibración (Last Cal.)</b> | <b>Período (Period)</b> |
|--------------------------|----------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Multicalibrador Patrón   | Transmille           | AC-26847       | 2021-09-27                            | 2 años                  |
| Current Adapter          | Transmille           | 35157          | 2018-01-18                            | -                       |

**Resultados (Results)**

Ver Resultados en Hoja Adjuntada

See results in attached Sheet

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de  $k=2$ , 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. *This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of  $k=2$ , 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.*

**Comentarios:** Ninguno.  
 Comments

**Calibrado por:** Ing. Mateo Bórquez  
 Calibrated by:

**Aprobado por:**  
 Approved by:

 Firmado electrónicamente por  
**Diego Almeida**  
 Gerente General

Fin de Certificado (End of Certificate)

Certificado No.: 27904

Equipo (Instrument):

Pinza Amperimetrica

Fecha de Calibración:

2022-08-26

Marca (Brand):

Fluke

| Tipo (Type)                          | Rango (Range) | Patrón (Standard) | UBP (UUT) | Error (Error) | Incertidumbre (Uncertainty) |
|--------------------------------------|---------------|-------------------|-----------|---------------|-----------------------------|
| Tensión Continua                     | 600 V         | 60 V              | 59.9 V    | -0.1 V        | ± 0.058 V                   |
| Tensión Continua                     | 600 V         | 300 V             | 299.7 V   | -0.3 V        | ± 0.082 V                   |
| Tensión Continua                     | 600 V         | 540 V             | 539.7 V   | -0.3 V        | ± 0.082 V                   |
| Tensión Continua                     | 600 V         | -300 V            | -299.8 V  | 0.2 V         | ± 0.082 V                   |
| Tensión Continua                     | 600 V         | -540 V            | -539.5 V  | 0.5 V         | ± 0.082 V                   |
| Tensión Alterna @ 50 Hz              | 600 V         | 60 V              | 60.0 V    | 0.0 V         | ± 0.24 V                    |
| Tensión Alterna @ 50 Hz              | 600 V         | 540 V             | 539.8 V   | -0.2 V        | ± 2.1 V                     |
| Tensión Alterna @ 60 Hz              | 600 V         | 60 V              | 59.9 V    | -0.1 V        | ± 0.24 V                    |
| Tensión Alterna @ 60 Hz              | 600 V         | 540 V             | 539.8 V   | -0.2 V        | ± 2.1 V                     |
| Resistencia Eléctrica                | 600 Ω         | 0 Ω               | 0.1 Ω     | 0.1 Ω         | ± 0.058 Ω                   |
| Resistencia Eléctrica                | 600 Ω         | 540 Ω             | 540.1 Ω   | 0.1 Ω         | ± 0.13 Ω                    |
| Resistencia Eléctrica                | 6000 Ω        | 5400 Ω            | 5399 Ω    | -1 Ω          | ± 1.0 Ω                     |
| Resistencia Eléctrica                | 60 kΩ         | 54 kΩ             | 53.99 kΩ  | -0.01 kΩ      | ± 0.010 kΩ                  |
| Intensidad Eléctrica Continua        | 200 μA        | 20 μA             | 20.0 μA   | 0.0 μA        | ± 0.058 μA                  |
| Intensidad Eléctrica Continua        | 200 μA        | 60 μA             | 60.0 μA   | 0.0 μA        | ± 0.058 μA                  |
| Intensidad Eléctrica Continua        | 200 μA        | 100 μA            | 100.0 μA  | 0.0 μA        | ± 0.058 μA                  |
| Intensidad Eléctrica Continua        | 200 μA        | 140 μA            | 140.0 μA  | 0.0 μA        | ± 0.058 μA                  |
| Intensidad Eléctrica Continua        | 200 μA        | 180 μA            | 180.0 μA  | 0.0 μA        | ± 0.058 μA                  |
| Intensidad Eléctrica Alterna @ 50 Hz | 600 A         | 60 A              | 59.7 A    | -0.3 A        | ± 0.56 A                    |
| Intensidad Eléctrica Alterna @ 50 Hz | 600 A         | 180 A             | 179.6 A   | -0.4 A        | ± 2.2 A                     |
| Intensidad Eléctrica Alterna @ 50 Hz | 600 A         | 300 A             | 299.8 A   | -0.2 A        | ± 2.2 A                     |
| Intensidad Eléctrica Alterna @ 50 Hz | 600 A         | 420 A             | 419.8 A   | -0.2 A        | ± 4.7 A                     |
| Intensidad Eléctrica Alterna @ 50 Hz | 600 A         | 540 A             | 540.3 A   | 0.3 A         | ± 4.7 A                     |
| Capacitancia                         | 1 μF          | 0.9946 μF         | 1.1 μF    | 0.1054 μF     | ± 0.058 μF                  |
| Capacitancia                         | 10 μF         | 9.907 μF          | 10.0 μF   | 0.093 μF      | ± 0.064 μF                  |