

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / **CALIBRATION CERTIFICATE****INNOVATECIS CIA. LTDA.**

JOSE MARIA GUERRERO N69-170 Y ALFONSO DEL HIERRO

QUITO, ECUADOR

(+593) 02 6040 607

innovatec@innovatec.com.ec

Certificado No. (Certificate #): 59033**Fecha de Recepción** (Reception Date): 2025-07-15**Fecha de Calibración** (Calibration Date): 2025-07-23**Próxima Fecha de Calibración** (Calibration Due): 2026-07**Fecha de Emisión** (Emission Date): 2025-07-23**Cliente** (Client): OIL COMPANY GUEVÁRA CIA. LTDA
AV. REPUBLICA E6-447 Y AV. ELOY ALFARO, QUITO, PICHINCHA**Información del Instrumento** (Instrument Information)

Equipo (Instrument):	MICRÓMETRO DE INTERIORES DE 3 PUNTOS	Ubicación (Location):		Int. de Medición: (2.000 a 2.400) in (Measurement Range)
Marca (Brand):	BROWN & SHARPE	Código (Code):	M-10	
Modelo (Model):	281	Lugar de Calibración (Place of Calibration):	Lab. INNOVATEC (Ecuador)	División de escala: 0.0002 in (Resolution)
Serie (Serial #):	INN-46349			

Datos de Calibración (Calibration Info)**Condiciones Ambientales** (Environmental Conditions)**Procedimiento**
(Procedure): INN-PC-06 por Comparación**Temp. Inicial** (Initial Temp.): 21.1 °C
Temp. Final (Final Temp.): 21.4 °C**Hum. Inicial** (Initial Hum.): 55.8 %HR
Hum. Final (Final Hum.): 55.6 %HR**Trazabilidad** (Traceability Info)

Patrón (Standard)	Marca (Brand)	Cert. #	Última Calibración (Last Cal.)	Período (Period)
Gage block set 10 piece (mm)	Mitutoyo	US011-MKE-CI-25000057-1	2025-01-02	2 Años

Resultados (Results)

Ver Resultados en Hoja Adjuntada

See results in attached Sheet

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de $k=2$, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. *This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of $k=2$, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.*

Comentarios:

(Comments):

Calibrado por:
(Calibrated by): Estephanie Estrada**Aprobado por:**
(Approved by):**Fin de Certificado** (End of Certificate)

Certificado No.: 59033
Fecha de Calibración: 2025-07-23

Equipo (Instrument): MICRÓMETRO DE INTERIORES DE 3 PUNTOS
Marca (Brand): BROWN & SHARPE

Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	E.M.P (Tolerance)	Incertidumbre (Uncertainty)	
2.00 in	2.0000 in	0 in	± 0.003 in	±	7.0E-02 in
2.05 in	2.0500 in	0 in	± 0.003 in	±	7.6E-02 in
2.10 in	2.1000 in	0 in	± 0.003 in	±	9.4E-02 in
2.15 in	2.1500 in	0 in	± 0.003 in	±	7.6E-02 in
2.20 in	2.2000 in	0 in	± 0.003 in	±	9.4E-02 in
2.25 in	2.2500 in	0 in	± 0.003 in	±	6.9E-02 in
2.30 in	2.3000 in	0 in	± 0.003 in	±	1.1E-01 in
2.35 in	2.3500 in	0 in	± 0.003 in	±	1.3E-01 in
2.40 in	2.4000 in	0 in	± 0.003 in	±	1.4E-01 in