

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN / VERIFICATION CERTIFICATE**INNOVATECIS CIA LTDA**

General José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro

Quito, Ecuador

(+593) 02 6040 607

innovatec@innovatec.com.ec

Certificado No. (Certificate #): 65188**Fecha de Recepción (Reception Date):** 2026-01-15**Fecha de Verificación (Verification Date):** 2026-01-30**Próxima Fecha de Verificación (Verification Due):** 2027-01**Fecha de Emisión (Emission Date):** 2026-01-30**Cliente (Client):** CONSTRUCCIONES Y PRESTACIONES PETROLERAS S.A. CPP
LA CORUÑA N28-14 Y MANUEL ITURREY, QUITO, PICHINCHA**Información del Instrumento (Instrument Information)**

Equipo (Instrument):	Pértiga de Aislamiento	Int. de Medición: (Measurement Range)	N/A	Ubicación: (Location)	*****
Material (Material):	Sofamel				
Modelo (Model):	BMAI-3T B	División de escala: (Resolution)	N/A	Lugar de Verificación: (Place of Calibration):	Lab. INNOVATEC INNOVATEC's Lab.
Serie (Serial #):	11/12-2907 / 0008				

Datos de Verificación (Verification Info)**Procedimiento (Procedure):** INN-PC-08**Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)****Temperatura (Temp):** (21.1 °C a 21.1 °C)**Humedad (Humidity):** (45 %HR a 45 %HR)**Trazabilidad (Traceability Info)**

Patrón (Standard)	Marca (Brand)	Cert. #	Última Calibración (Last Cal.)	Período (Period)
Multicalibrador Patrón	Transmille	AC-31826	2025-06-24	2 años
Multímetro Patrón	Transmille	51065	2024-03-26	2 años

Resultados (Results)**Voltaje DC**

Rango (Range)	Patrón (Standard) (V)	UBP (UUT)	CUMPLE (Done)	Incertidumbre (Uncertainty)
25 V	22,50	0,00	SI	N/A
50 V	45,00	0,00	SI	N/A
250 V	225,00	0,00	SI	N/A
500 V	450,00	0,00	SI	N/A
1000 V	900,00	0,00	SI	N/A

Voltaje CA

Rango (Range)	Patrón (Standard) (V)	UBP (UUT)	CUMPLE (Done)	Incertidumbre (Uncertainty)
25 V @60 Hz	22,50	0,00	SI	N/A
50 V @60 Hz	45,00	0,00	SI	N/A
250 V @60 Hz	225,00	0,00	SI	N/A
500 V @60 Hz	450,00	0,00	SI	N/A
1000 V @60 Hz	900,00	0,00	SI	N/A

Comentarios: Ninguno.**Comments****Verificado por:** Jonathan Fonseca
Verified by:**Aprobado por:**
Approved by:**Fin de Certificado (End of Certificate)**