

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

INNOVATECIS CIA LTDA

General José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro

Quito, Ecuador

(+593) 02 6040 607

innovatec@innovatec.com.ec

Certificado No. (Certificate #): 36928

Fecha de Recepción (Reception Date): 2023-07-26

Fecha de Calibración (Calibration Date): 2023-08-01

Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due): 2025-08-01

Fecha de Emisión (Emission Date): 2023-08-04

Cliente (Client): P&P INVERSIONES PANAMÁ S.A.

International Business Park, Building 3815, Office 204, Panama Pacifico, Republic of Panama

Información del Instrumento (Instrument Information)

Equipo (Instrument):	Micro Ohmetro	Int. de Medición:	2 Ω; 200 mΩ; 20 mΩ; 2 mΩ; 200 μΩ	Ubicación:	Campo
Marca (Brand):	TIME ELECTRONICS	(Measurement Range)		(Location)	
Modelo (Model):	5070	División de escala:	0.5 Ω; 50 mΩ; 5 mΩ; 0.5 mΩ; 50 μΩ	Lugar de Calibración:	Lab. INNOVATEC
Serie (Serial #) / ID:	1144H21	(Resolution)		(Place of Calibration):	INNOVATEC's Lab.

Datos de Calibración (Calibration Info)
Procedimiento (Procedure): INN-PC-08

Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)
Temperatura (Temp): (22.7 °C a 22.4 °C)

Humedad (Humidity): (63 %HR a 59 %HR)

Trazabilidad (Traceability Info)

Patrón (Standard)	Marca (Brand)	Cert. #	Última Calibración (Last Cal.)	Período (Period)
Multicalibrador Patrón	Transmille	28365	2022-09-10	1 años
Multímetro Patrón	Fluke	30264	2022-11-07	1 años

Resultados (Results)

Ver Resultados en Hoja Adjunta

See results in attached Sheet

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de $k=2$, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. *This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of $k=2$, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.*

Comentarios:

Ninguno.

Comments
Calibrado por:

Ing. Rufino Batista

Calibrated by:
Aprobado por:
Approved by:


Firmado electrónicamente por

Ing. Diego Almeida
Gerente General

Certificado No.: 36928

Equipo (Instrument):

Micro Ohmetro

Fecha de Calibración:

2023-08-01

Marca (Brand):

TIME ELECTRONI

Tipo (Type)	Rango (Range)	Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	Incertidumbre (Uncertainty)
Resistencia @ 10 Adc	200 $\mu\Omega$	201 $\mu\Omega$	200 $\mu\Omega$	-1 $\mu\Omega$	32 $\mu\Omega$
Resistencia @ 10 Adc	200 $\mu\Omega$	151 $\mu\Omega$	150 $\mu\Omega$	-1 $\mu\Omega$	32 $\mu\Omega$
Resistencia @ 10 Adc	200 $\mu\Omega$	101 $\mu\Omega$	100 $\mu\Omega$	-1 $\mu\Omega$	32 $\mu\Omega$
Resistencia @ 10 Adc	200 $\mu\Omega$	51 $\mu\Omega$	50 $\mu\Omega$	-1 $\mu\Omega$	32 $\mu\Omega$
Resistencia @ 10 Adc	2 m Ω	2.0 m Ω	2.0 m Ω	0.0 m Ω	32 $\mu\Omega$
Resistencia @ 10 Adc	2 m Ω	1.5 m Ω	1.5 m Ω	0.0 m Ω	32 $\mu\Omega$
Resistencia @ 10 Adc	2 m Ω	1.0 m Ω	1.0 m Ω	0.0 m Ω	32 $\mu\Omega$
Resistencia @ 10 Adc	2 m Ω	0.5 m Ω	0.5 m Ω	0.0 m Ω	32 $\mu\Omega$
Resistencia @ 10 Adc	20 m Ω	20 m Ω	20 m Ω	0 m Ω	32 $\mu\Omega$
Resistencia @ 10 Adc	20 m Ω	15 m Ω	15 m Ω	0 m Ω	32 $\mu\Omega$
Resistencia @ 10 Adc	20 m Ω	10 m Ω	10 m Ω	0 m Ω	32 $\mu\Omega$
Resistencia @ 9 Adc	20 m Ω	5 m Ω	5 m Ω	0 m Ω	32 $\mu\Omega$
Resistencia @ 9 Adc	200 m Ω	200 m Ω	200 m Ω	0 m Ω	32 $\mu\Omega$
Resistencia @ 9 Adc	200 m Ω	150 m Ω	150 m Ω	0 m Ω	32 $\mu\Omega$
Resistencia @ 9 Adc	200 m Ω	100 m Ω	100 m Ω	0 m Ω	32 $\mu\Omega$
Resistencia @ 9 Adc	200 m Ω	50 m Ω	50 m Ω	0 m Ω	32 $\mu\Omega$
Resistencia @ 2.7 Adc	2 Ω	2.0 Ω	2.0 Ω	0.0 Ω	0.20 $\mu\Omega$
Resistencia @ 2.7 Adc	2 Ω	1.5 Ω	1.5 Ω	0.0 Ω	0.20 $\mu\Omega$
Resistencia @ 2.7 Adc	2 Ω	1.0 Ω	1.0 Ω	0.0 Ω	0.20 $\mu\Omega$
Resistencia @ 2.7 Adc	2 Ω	0.5 Ω	0.5 Ω	0.0 Ω	32 $\mu\Omega$