

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN / VERIFICATION *CERTIFICATE*

INNOVATECIS CIA LTDA

General José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro

Quito, Ecuador

(+593) 02 6040 607

innovatec@innovatec.com.ec

Certificado No. (Certificate #): 58334**Fecha de Recepción (Reception Date):** 2025-06-26**Fecha de Verificación (Verification Date):** 2025-06-26**Próxima Fecha de Verificación (Verification Due):** 2025-12**Fecha de Emisión (Emission Date):** 2025-06-26

Cliente (Client): TECNOVA S.A.
Parque Industrial Pascuales km 16.5 vía Daule. Guayaquil, Guayas

Información del Instrumento (Instrument Information)

Equipo (Instrument):	Medidor de Rigidez Dieléctrica	Int. de Medición: (Measurement Range)	50 kVDC	Ubicación: (Location)	Plapasa departamento de calidad
Marca (Brand):	Enrico pesatori				
Modelo (Model):	ACCU 50	División de escala: (Resolution)	0.1 kV	Lugar de Verificación: (Place of Verification):	In Situ
Serie (Serial Number) / Código (Code):	7130M0002 / DFD001				On Site

Datos de Verificación (Verification Info)
Procedimiento (Procedure): INN-PC-08
Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)
Temperatura (Temp): (25.1 °C a 26.1 °C)**Humedad (Humidity):** (74.3 %HR a 71.5 %HR)
Trazabilidad (Traceability Info)

Patrón (Standard)	Marca (Brand)	Cert. #	Última Calibración (Last Cal.)	Período (Period)
Multímetro Patrón	Transmille	51065	2024-03-26	2 años
Voltaje Divider	Ross Engineering	40188	2025-06-19	2 años

Resultados (Results)

Ver Resultados en Hoja Adjunta

See results in attached Sheet

El presente Certificado de Verificación posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La verificación fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de $k=2$, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. *This Certificate of Verification provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The verification was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of $k=2$, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.*

Comentarios: Ninguno.
Comments

Verificado por: Ing. Mauricio Landívar
Verified by:

Aprobado por:
Approved by:


Fin de Certificado (End of Certificate)

Certificado No.: 58334		Equipo (Instrument): Medidor de Rigidez Dieléctrica			
Fecha de Calibración: 2025-06-26		Marca (Brand): Enrico pesatori			
Tipo (Type)	Rango (Range)	Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	Incertidumbre (Uncertainty)
Medidor de Rigidez Dieléctrica	50 kV	0.68170 kV	5 kV	4.3183 kV	± 58 V
Medidor de Rigidez Dieléctrica	50 kV	4.0303 kV	10 kV	5.9697 kV	± 58 V
Medidor de Rigidez Dieléctrica	50 kV	8.5841 kV	15 kV	6.4159 kV	± 58 V
Medidor de Rigidez Dieléctrica	50 kV	12.4888 kV	20 kV	7.5112 kV	± 58 V
Medidor de Rigidez Dieléctrica	50 kV	15.1003 kV	25 kV	9.8997 kV	± 58 V
Medidor de Rigidez Dieléctrica	50 kV	17.2964 kV	30 kV	12.7036 kV	± 58 V
Medidor de Rigidez Dieléctrica	50 kV	18.3001 kV	35 kV	16.6999 kV	± 58 V
Medidor de Rigidez Dieléctrica	50 kV	20.080 kV	40 kV	19.920 kV	± 58 V