

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

INNOVATECIS CIA. LTDA.

JOSE MARIA GUERRERO N69-170 Y ALFONSO DEL HIERRO

QUITO, ECUADOR

(+593) 02 6040 607

innovatec@innovatec.com.ec

Certificado No. (Certificate #): 62171

Fecha de Recepción (Reception Date): 2025-10-09

Fecha de Calibración (Calibration Date): 2025-10-10

Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due): 2026-10-10

Fecha de Emisión (Emission Date): 2025-10-10

Cliente (Client): Heliflight Panama, S.A.

Ciudad de Panamá, Albbrook, corregimiento de Ancón, Aeropuerto Marcos A. Gelabert Hangar 20 y 21 A., Panamá, Panamá (SEDE PRINCIPAL)

Información del Instrumento (Instrument Information)

Equipo (Instrument): Micrómetro de Exteriores

Ubicación (Location): -

Int. de Medición: (1 a 2) in
(Measurement Range)

Marca (Brand): NO IDENTIFICABLE

Código (Code):

Modelo (Model): NO IDENTIFICABLE

Lugar de Calibración Lab. INNOVATEC
(Place of Calibration): (Panama)

División de escala: 0.0001 in
(Resolution)

Serie (Serial #): HFP-1-2

Datos de Calibración (Calibration Info)

Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)

Procedimiento
(Procedure): INN-PC-06 por Comparación

Temp. Inicial (Initial Temp.): 23.4 °C
Temp. Final (Final Temp.): 23.2 °C

Hum. Inicial (Initial Hum.): 45 %HR
Hum. Final (Final Hum.): 51 %HR

Trazabilidad (Traceability Info)

Patrón (Standard)	Marca (Brand)	Cert. #	Ultima Calibración (Last Cal.)	Período (Period)
Gage block set 9 piece (in)	Mitutoyo	US011-MIL-CI-24057826	2024-02-19	2 Años

Resultados (Results)

Ver Resultados en Hoja Adjuntada

See results in attached Sheet

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de $k=2$, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of $k=2$, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.

Comentarios:

(Comments):

Calibrado por: Rubén Ortega Cortés
(Calibrated by):

Aprobado por:
(Approved by):



Certificado No. (Certificate #):62171Equipo (Instrument):Micrómetro de Exterior

Fecha de Calibración (Calibration Date):2025-10-10Marca (Brand):No Indicada

Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	E.M.P (Tolerance)	Incertidumbre (Uncertainty)	
1.0000 in	1.0000 in	0.0000 in	± 0.0001 in	±	5.9E-05 in
1.1000 in	1.1000 in	0.0000 in	± 0.0002 in	±	5.9E-05 in
1.2000 in	1.2000 in	0.0000 in	± 0.0002 in	±	6.0E-05 in
1.3000 in	1.3000 in	0.0000 in	± 0.0002 in	±	6.0E-05 in
1.4000 in	1.4000 in	0.0000 in	± 0.0002 in	±	6.0E-05 in
1.5000 in	1.5000 in	0.0000 in	± 0.0002 in	±	6.0E-05 in
1.6000 in	1.6000 in	0.0000 in	± 0.0002 in	±	6.0E-05 in
1.7000 in	1.7000 in	0.0000 in	± 0.0002 in	±	6.0E-05 in
1.8000 in	1.8000 in	0.0000 in	± 0.0002 in	±	6.0E-05 in
1.9000 in	1.9000 in	0.0000 in	± 0.0002 in	±	6.0E-05 in
2.0000 in	2.0000 in	0.0000 in	± 0.0002 in	±	6.0E-05 in