



CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN / VERIFICATION CERTIFICATE

INNOVATECIS CIA LTDA

General José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro

Quito, Ecuador

(+593) 02 6040 607

innovatec@innovatec.com.ec

Certificado No. (Certificate #): 57242

Fecha de Verificación (Verification Date): 2025-05-23

Fecha de Verificación (Verification Date): 2025-05-23

Próxima Fecha de Verificación (Verification Due): -

Fecha de Emisión (Emission Date): 2025-05-23

Cliente (Client): PANAMA ASFALTO MODIFICADO, S.A.
PANAMA OESTE, ARRAIJAN, VISTA ALEGRE, Urbanización Vacamonte, Parque Logístico Vacamonte.

Información del Instrumento (Instrument Information)

Equipo (Instrument):	Medidor de flujo de aire	Int. de Medición: (Measurement Range)	(0 a 4) l/min	Ubicación: (Location)	Laboratorio
Marca (Brand):	Siargo Ltd.				
Modelo (Model):	MF5706	División de escala: (Resolution)	0.01 l/min	Lugar de Calibración: (Place of Calibration):	Lab. INNOVATEC
Serie (Serial #):	PADSJ90339				INNOVATEC's Lab.
Código (Code):	-				

Datos de verificación (Calibration Info)

Procedimiento (Procedure): INN-PC-05

Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)

Temperatura (Temp): (20.7 °C a 21.1 °C)

Humedad (Humidity): (54.9 %HR a 54.7 %HR)

Trazabilidad (Traceability Info)

Patrón (Standard)	Marca (Brand)	Cert. #	Última Calibración (Last Cal.)	Período (Period)
Cronómetro Patrón	Pursun	CMP-10129	2024-10-18	1 años
Balanza Analítica	Biobase	55580	2025-04-02	1 año

Resultados (Results)

Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	Incertidumbre (Uncertainty)
(l/min)	(l/min)	(l/min)	
1.00	1.08	0.08	± 0.051 m/s
1.50	1.58	0.08	± 0.051 m/s
2.00	2.07	0.07	± 0.051 m/s
2.50	2.57	0.07	± 0.051 m/s
3.00	3.07	0.07	± 0.051 m/s
4.00	4.06	0.06	± 0.051 m/s

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de k=2, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of k=2, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.

Comentarios: El equipo fue encontrado dentro de los valores de tolerancia del fabricante.
Comments

Calibrado por:
Calibrated by: Ing. Rubén Ortega C.

Aprobado por:
Approved by:



Fin de Certificado (End of Certificate)