



Cert. #:4038.01

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

INNOVATECIS CIA LTDA	Certificado No. (Certificate #): 51451
General José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro	Fecha de Recepción (Reception Date): 2024-11-18
Quito, Ecuador	Fecha de Calibración (Calibration Date): 2024-11-28
(+593) 02 6040 607	Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due): 2025-11
innovatec@innovatec.com.ec	Fecha de Emisión (Emission Date): 2024-11-28

Cliente (Client): CONSTRUCCIONES Y PRESTACIONES PETROLERAS S.A. CPP
LA CORUÑA N28-14 Y MANUEL ITURREY, QUITO, PICHINCHA

Información del Instrumento (Instrument Information)			
Equipo (Instrument):	Alcoholímetro	Int. de Medición: (Measurement Range)	Ubicación: (Location):
Marca (Brand):	Suracell	(0 a 6) g/l	*****
Modelo (Model):	iblow10	División de escala: (Resolution)	Lugar de Calibración: (Place of Calibration):
Serie (Serial #):	TBN7D0005	0.001 g/l	Lab. INNOVATEC INNOVATEC's Lab.
Código (Code):	*****		

Datos de Calibración (Calibration Info)	Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)		
Procedimiento (Procedure): INN-PC-38	Temperatura (Temp):	(22.4 a 22.5) °C	Humedad (Humidity): (42.4 a 42.5) %HR

Trazabilidad (Traceability Info)				
Material de Referencia (Reference Material)	Marca (Brand)	LOT #	Fecha Cert. (Cert. Date)	Caduca en (Expires in)
Alcohol Reference Solution	ACS Corp.	202201A	2022-01-11	3 años
Alcohol Reference Solution	ACS Corp.	202203E	2022-03-29	3 años
Alcohol Reference Solution	ACS Corp.	202111E	2021-11-30	4 años
Alcohol Reference Solution	ACS Corp.	202203C	2022-03-01	3 años
Alcohol Reference Solution	ACS Corp.	202111G	2021-11-30	3 años
Alcohol Reference Solution	ACS Corp.	202103E	2021-03-24	3.5 años

Resultados (Results)						
Valor Nominal (Nominal Value)	Material de Referencia (Reference Material)	Lectura UBP (Reading)	(UUT	Error (Error)	E.M.P (MPE)	Incertidumbre (Uncertainty)
0.2420 g/l @ 34 °C	0.244 g/l @ 34 °C	0.205 g/l		-0.039 g/l	0.205 g/l	± 0.003 g/l
0.6050 g/l @ 34 °C	0.6077 g/l @ 34 °C	0.5948 g/l		-0.013 g/l	0.595 g/l	± 0.007 g/l
1.2100 g/l @ 34 °C	1.2147 g/l @ 34 °C	1.1897 g/l		-0.025 g/l	1.19 g/l	± 0.014 g/l
1.8150 g/l @ 34 °C	1.8229 g/l @ 34 °C	1.786 g/l		-0.037 gl	1.786 g/l	± 0.021 g/l
2.4200 g/l @ 34 °C	2.4327 g/l @ 34 °C	2.394 g/l		-0.039 gl	1.786 g/l	± 0.029 g/l
4.8000 g/l @ 34 °C	4.857 g/l @ 34 °C	4.7976 g/l		-0.039 g/l	1.786 g/l	± 0.060 g/l

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de K=2, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of K=2, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.

Comentarios: Ninguno.
Comments

Calibrado por: Ing. Mateo Bórquez
Calibrated by: Aprobado por: Approved by:

Fin de Certificado (End of Certificate)