



CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN / VERIFICATION CERTIFICATE

INNOVATECIS CIA LTDA

Certificado No. (Certificate #): 54981

General José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro

Fecha de Recepción (Reception Date): 2025-03-17

Quito, Ecuador

Fecha de Verificación (Verification Date): 2025-03-18

(+593) 02 6040 607

Próxima Fecha de Verificación (Verification Due): 2026-03

innovatec@innovatec.com.ec

Fecha de Emisión (Emission Date): 2025-03-18

Cliente (Client): CPTDC CHINA PETROLEUM TECHNOLOGY & DEVELOPMENT CORPORATION ECUADOR S. A.
Av. República del Salvador N35-40 y Portugal, QUITO, PICHINCHA

Información del Instrumento (Instrument Information)

Equipo (Instrument):	Guantes Dieléctricos	Int. de Medición: (Measurement Range)	N/A	Ubicación: (Location)	*****
Material (Material):	DPL LINEPRO				
Modelo (Model):	Class 2	División de escala: (Resolution)	N/A	Lugar de Calibración: (Place of Calibration):	Lab. INNOVATEC
Serie (Serial #):	INN-42026				INNOVATEC's Lab.

Datos de Calibración (Calibration Info)

Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)

Procedimiento (Procedure): INN-PC-08

Temperatura (Temp): (21.1 °C a 21.1 °C)

Humedad (Humidity): (45 %HR a 45 %HR)

Trazabilidad (Traceability Info)

Patrón (Standard)	Marca (Brand)	Cert. #	Última Calibración (Last Cal.)	Período (Period)
Multímetro Patrón	Transmille	AC-28692	2023-06-07	2 años
Multicalibrador Patrón	Transmille	AC-28786	2023-06-08	2 años

Resultados (Results)

Voltaje CA - Derecho

Rango (Range)	Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Cumple (Complies)	Incertidumbre (Uncertainty)
25 V @60 Hz	25,00 V	0,00	SI	N/A
50 V @60 Hz	45,00 V	0,00	SI	N/A
250 V @60 Hz	225,00 V	0,00	SI	N/A
500 V @60 Hz	450,00 V	0.00	SI	N/A
1000 V @60 Hz	900,00 V	0.00	SI	N/A

Voltaje CA - Izquierdo

Rango (Range)	Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Cumple (Complies)	Incertidumbre (Uncertainty)
25 V @60 Hz	25,00 V	0,00	SI	N/A
50 V @60 Hz	45,00 V	0,00	SI	N/A
250 V @60 Hz	225,00 V	0,00	SI	N/A
500 V @60 Hz	450,00 V	0.00	SI	N/A
1000 V @60 Hz	900,00 V	0.00	SI	N/A

El presente Certificado de Verificación posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La verificación fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de k=2, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento verificado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. This Certificate of Verification provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The verification was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of k=2, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the verified instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.

Comentarios: Ninguno.
Comments

Calibrado por: Ing. Mateo Bórquez
Calibrated by:

Aprobado por:
Approved by:



Fin de Certificado (End of Certificate)