



Cert. #:4038.01

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / *CALIBRATION CERTIFICATE*

INNOVATECIS CIA. LTDA.
JOSE MARIA GUERRERO N69-170 Y ALFONSO DEL HIERRO
QUITO, ECUADOR
(+593) 02 6040 607
innovatec@innovatec.com.ec

Certificado No. (*Certificate #*): 64101-A
Fecha de Recepción (*Reception Date*): 2025-12-04
Fecha de Calibración (*Calibration Date*): 2025-12-10
Próxima Fecha de Calibración (*Calibration Due*): 2026-12
Fecha de Emisión (*Emission Date*): 2025-12-10

Ciente (*Client*): **SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**
Av. Mariana de Jesús 21-30 y Av. Antonio José de Sucre.

Información del Instrumento (*Instrument Information*)

Equipo (<i>Instrument</i>):	TERMOHIGROMETRO	Ubicación (<i>Location</i>):		Int. de Medición: (-30 a 70) °C
Marca (<i>Brand</i>):	LOGTAG	Código (<i>Code</i>):		(<i>Measurement Range</i>) (0 a 100) %HR
Modelo (<i>Model</i>):	UHADO-16	Lugar de Calibración (<i>Place of Calibration</i>):	Lab. INNOVATEC (Ecuador)	División de escala: 0.1°C
Serie (<i>Serial #</i>):	A0C1039004JH			(<i>Resolution</i>) 0.1%HR

Datos de Calibración (<i>Calibration Info</i>)	Condiciones Ambientales (<i>Environmental Conditions</i>)	
Procedimiento (<i>Procedure</i>): INN-PC-24 por Comparación	Temp. Inicial (<i>Initial Temp.</i>): 23.3 °C	Hum. Inicial (<i>Initial Hum.</i>): 46.91 %HR
	Temp. Final (<i>Final Temp.</i>): 23.7 °C	Hum. Final (<i>Final Hum.</i>): 46.3 %HR

Trazabilidad (*Traceability Info*)

Patrón (<i>Standard</i>)	Marca (<i>Brand</i>)	Cert. #	Ultima Calibración (<i>Last Cal.</i>)	Período (<i>Period</i>)
TEMP/HUMIDITY SENSOR	FLUKE	US011-MKE-CI-25435728	2025-10-30	2 Años

Resultados (*Results*)

Ver Resultados en Hoja Adjuntada
See results in attached Sheet

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de $k=2$, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. *This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of $k=2$, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.*

Comentarios: De acuerdo a los resultados reportados en este certificado, el ítem de calibración CUMPLE con el requisito especificado de exactitud, en base a ILAC-G8:09/2019, aplicando el criterio de aceptación conservadora.
(*Comments*): Persona de contacto_ Stefanie Vinuesa
Teléfono: 023934220
Fecha de emisión del certificado: 2025-12-10

Calibrado por: Patricio Junior Llerena Carvajal
(*Calibrated by*):

Aprobado por:
(*Approved by*):