

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE |                                                                                                        |            |                       |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| Cliente:                | UNIDAD DE GESTION DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL                                                 |            |                       |
| RUC:                    | 1768183440001                                                                                          | Fecha:     | 2025-07-21            |
| Dirección:              | PICHINCHA / QUITO / MARISCAL SUCRE / LADRON DE GUEVARA E11-253 Y ANDALUCIA, QUITO (PICHINCHA), ECUADOR |            |                       |
| e-mail:                 | lorena.lopez01@epn.edu.ec                                                                              | Teléfonos: | 022976300 /           |
| Contacto:               | LORENA GABIRELA LOPEZ VACA                                                                             | Cargo:     | Funcionaria Encargada |

| INFORMACIÓN ESPECÍFICA |         |                  |  |
|------------------------|---------|------------------|--|
| Forma de Pago:         | CONTADO | Orden de Compra: |  |

| DETALLE DE EQUIPOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| #    | Código   | Cantidad | Descipción de Equipo o Instrumento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tipo de Servicio                                      | Método Técnico   | Valor Unitario | Descuento | Valor con Descuento | Valor Total |
|------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------|---------------------|-------------|
| Item | Code     | Quantity | Equipment or Instrument Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Type of Service                                       | Technical Method | Unit Value     | Discount  | Discounted Value    | Total Value |
| 1    | CAFT-005 | 1        | CALIBRACION CRONOMETRO Marca: SPER SCIENTIFIC Serie: 810033 Certificado según ISO 17025 Rango de calibración en horas: 0,5 - 1 - 2 - 5 - 9 Rango en segundos: 1800 - 3600 - 7200 - 18000 - 32400                                                                                                                                                                                                              | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada |                  | 65.00          | 0%        | 65.00               | 65.00       |
| 2    | CAAC-002 | 1        | CALIBRACION SONOMETRO Marca: PCE Serie: 180619707 Calibración Acústica: Error de medición en 94 dB, 104 dB, 114 dB en bandas de octava, re: 20 µPa: (31.5, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, 12500, 16000) Hz - Calibración Eléctrica: Error de Medición de 35 dB a 150 dB: (20 a 20000) Hz                                                                                                              | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada |                  | 230.00         | 0%        | 230.00              | 230.00      |
| 3    | CAAC-002 | 1        | CALIBRACION SONOMETRO Marca: QUEST TECHNOLOGIES Serie:DAJ020004 Calibración Acústica: Error de medición en 94 dB, 104 dB, 114 dB en bandas de octava, re: : 20 µPa: (31,5, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, 12500, 16000) Hz - Calibración Eléctrica: Error de Medición de 35 dB a 140 dB: (20 a 20000) Hz                                                                                              | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada |                  | 230.00         | 0%        | 230.00              | 230.00      |
| 4    | DM-1362  | 1        | Barra de calibración - dinamómetro Marca: n/d Serie: n/d Certificado según ISO 17025 Caracterización de barra de calibración en largo, ancho y alto. Calibración en fuerza hasta 6500 [N]. En la barra de calibración deben ubicarse reglas calibradas que permitan la verificación de las dimensiones de la misma NOTA: SE REQUIERE DEL SOLICITANTE LAS 8 PESAS PARA LA CALIBRACION DE LA BARRA FRENOMETRICA | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada |                  | 1104.00        | 0%        | 1104.00             | 1104.00     |
| 5    | CADM-008 | 1        | CALIBRACION PIE DE REY DIGITAL Marca: MITUTO Serie: 500-172-30 Exteriores: 0 mm a 200 mm Puntos de calibración: 20 mm, 50 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm, 200 mm Puntos de calibración Interiores: 20 mm, 100 mm. Puntos de calibración de profundidad: 0 mm, 50 mm                                                                                                                                               | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada |                  | 55.00          | 0%        | 55.00               | 55.00       |
| 6    | CAHM-020 | 1        | Termohigrómetro Marca: ELICROM TH0511 Serie: N/D Certificado según ISO 17025 Rango de calibración: Temperatura (10°, 40 °C) Humedad Relativa (25%, 50%, 75% HR)                                                                                                                                                                                                                                               | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada |                  | 65.00          | 0%        | 65.00               | 65.00       |

1792514576001

INNOVATECIS CIA. LTDA.

- Temperatura

- Humedad

- Variables Eléctricas

- Presión

- Par Torsional

- Longitud

- Masa

- Volumen

- Flujo

- Densidad

- Viscosidad

- Dureza

- Fuerza

- Fotometría

- Sonometría

- Fuerza Rotacional

- Tiempo

- Análisis Dimensional

INNOVATEC

Industrial Solutions

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

COTIZACIÓN No.

2025-19718

Asesor: PA

1. El cliente se compromete a entregar los equipos con BATERÍAS FUNCIONALES, caso contrario asumirá los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada.

2. De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito.

3. La APROBACIÓN de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial.

4. Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.