

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE |                                                                                                     |            |                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| Cliente:                | Haleon Panamá S.A.                                                                                  |            |                       |
| RUC:                    | 193-426-48244                                                                                       | Fecha:     | 2025-04-14            |
| Dirección:              | Urbanización Industrial Juan Díaz, entre calles A y B, Panama City, Panama, PANAMÁ (Panamá), PANAMÁ |            |                       |
| e-mail:                 | victor.e.rosales@haleon.com                                                                         | Teléfonos: | 6228-0624 /           |
| Contacto:               | Víctor E. Rosales Eleta                                                                             | Cargo:     | Licenciado en Química |

| INFORMACIÓN ESPECÍFICA |         |                  |  |
|------------------------|---------|------------------|--|
| Forma de Pago:         | CONTADO | Orden de Compra: |  |

| DETALLE DE EQUIPOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| #    | Código | Cantidad | Descripción de Equipo o Instrumento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tipo de Servicio                          | Método Técnico            | Valor Unitario | Descuento | Valor con Descuento | Valor Total |
|------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------|---------------------|-------------|
| Item | Code   | Quantity | Equipment or Instrument Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Type of Service                           | Technical Method          | Unit Value     | Discount  | Discounted Value    | Total Value |
| 1    |        | 1        | Estufa/Esterilizador/Incubadora 2ptos, MARCA: THERMO SCIENTIFIC, MODELO: HERATHERM OGS60, SERIE: , RANGO: VER<br>ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:no inidcado<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: Haleon Panamá S.A.<br>Observación: calibración del indicador en (80, 105, y 135) °C Mantenimiento Calificación de horno thermo Scientific/ Heratherm Oven OMS60 en 105 °C. Prueba de recuperación y apertura.<br>Presentación de informe | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-29 por Comparación | 995.75         | 15%       | 846.39              | 846.39      |
| 2    |        | 1        | Horno / Incubadora / Esterilizador / Mufla [1 pts], MARCA: BARNSTEAD, MODELO: FB4801, SERIE: , RANGO: VER<br>ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:NO INDICADO<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: Haleon Panamá S.A.<br>Observación: Mantenimiento y calibración en los siguientes Puntos de medición a 500 °C, 800°C Y 1100 °C                                                                                                                | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-29 por Comparación | 480.00         | 15%       | 408.00              | 408.00      |
| 3    |        | 1        | Caracterización Refrigerador/Congelador [1 pto], MARCA: JP SELECTA, MODELO: MEDILOW - 5210270, SERIE: , RANGO: VER<br>ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:NO INDICADO<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: Haleon Panamá S.A.<br>Observación: Mantenimiento y Calificación de JP SELECTA/ MEDILOW - 5210270 Pruebas de recuperación y perdida de energía. Presentación de informe                                                              | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-29 por Comparación | 739.80         | 15%       | 628.83              | 628.83      |

| Item | Code | Quantity | Equipment or Instrument Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Type of Service                           | Technical Method          | Unit Value | Discount | Discounted Value | Total Value |
|------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|------------|----------|------------------|-------------|
| 4    |      | 1        | Caracterización Refrigerador/Congelador [1 pts],<br>MARCA: THERMO SCIENTIFIC, MODELO: REL2304A, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:NO INDICADO<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: Haleon Panamá S.A.<br>Observación: Mantenimiento y Calificación de Thermo Scientific/ REL2304A Pruebas de recuperación y pérdida de energía en una temperatura. Presentación de informe | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-29 por Comparación | 739.80     | 15%      | 628.83           | 628.83      |
| 5    |      | 1        | Horno / Incubadora / Esterilizador / Mufla [1 pts],<br>MARCA: HACH, MODELO: 153, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:NO INIDCADO<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: Haleon Panamá S.A.<br>Observación: Mantenimiento y Calificación de HACH/ 153 Pruebas de recuperación y pérdida de energía en una temperatura. Presentación de informe                                  | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-29 por Comparación | 777.50     | 15%      | 660.88           | 660.88      |
| 6    |      | 1        | Horno / Incubadora / Esterilizador / Mufla [1 pts],<br>MARCA: JP SELECTA, MODELO: MEDILOW-S, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:NO INDICADO<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: Haleon Panamá S.A.<br>Observación: Mantenimiento y Calificación de HACH/ 153 Pruebas de recuperación y pérdida de energía en una temperatura. Presentación de informe                      | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-29 por Comparación | 777.50     | 15%      | 660.88           | 660.88      |
| 7    |      | 1        | Horno / Incubadora / Esterilizador / Mufla [1 pts],<br>MARCA: SANYO, MODELO: MOV-313P, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:NO INDICADO<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: Haleon Panamá S.A.<br>Observación: Mantenimiento y Calificación de SANYO/ MOV-313P Pruebas de recuperación y pérdida de energía en una temperatura. Presentación de informe                      | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-29 por Comparación | 777.50     | 15%      | 660.88           | 660.88      |
| 8    |      | 1        | Horno / Incubadora / Esterilizador / Mufla [1 pts],<br>MARCA: STERIS, MODELO: CELERITY LCB051, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:NO INDICADO<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: Haleon Panamá S.A.<br>Observación: Mantenimiento y Calificación de STERIS/ CELERITY LCB051 Pruebas de recuperación y pérdida de energía en una temperatura. Presentación de informe      | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-29 por Comparación | 777.50     | 15%      | 660.88           | 660.88      |

1792514576001

INNOVATECIS CIA. LTDA.

- Temperatura  
- Humedad  
- Variables Eléctricas  
- Presión  
- Par Torsional  
- Longitud

- Masa  
- Volumen  
- Flujo  
- Densidad  
- Viscosidad  
- Dureza

- Fuerza  
- Fotometría  
- Sonometría  
- Fuerza Rotacional  
- Tiempo  
- Análisis Dimensional



Industrial Solutions

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

COTIZACIÓN No.

2025-17516

Asesor: RO

| Item | Code | Quantity | Equipment or Instrument Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Type of Service                           | Technical Method          | Unit Value | Discount | Discounted Value | Total Value |
|------|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|------------|----------|------------------|-------------|
| 9    |      | 1        | Caracterización Refrigerador/Congelador [1 pto], MARCA: JP SELECTA, MODELO: MEDILOW-S 2101270, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:NO INDICADO<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: Haleon Panamá S.A.<br>Observación: Mantenimiento y Calificación de JP SELECTA/ MEDILOW-S 2101270 Pruebas de recuperación y pérdida de energía en una temperatura. Presentación de informe | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-29 por Comparación | 739.80     | 15%      | 628.83           | 628.83      |
| 10   |      | 1        | Caracterización Refrigerador/Congelador [1 pto], MARCA: CARON, MODELO: 7000-50-01, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:NO INDICADO<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: Haleon Panamá S.A.<br>Observación: Mantenimiento y Calificación de CARON/ 7000-50-01 Pruebas de recuperación y pérdida de energía en una temperatura. Presentación de informe                         | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-29 por Comparación | 1357.50    | 15%      | 1153.88          | 1153.88     |
| 11   |      | 1        | Caracterización Refrigerador/Congelador [1 pto], MARCA: CARON, MODELO: 7000-50-01, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:NO INDICADO<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: Haleon Panamá S.A.<br>Observación: Mantenimiento y Calificación de CARON/ 7000-50-01 Pruebas de recuperación y pérdida de energía en una temperatura. Presentación de informe                         | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-29 por Comparación | 1357.50    | 15%      | 1153.88          | 1153.88     |
| 12   |      | 1        | Caracterización Refrigerador/Congelador [1 pto], MARCA: CARON, MODELO: 7000-50-01, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:NO INDICADO<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: Haleon Panamá S.A.<br>Observación: Mantenimiento y Calificación de CARON/ 7000-50-01 Pruebas de recuperación y pérdida de energía en una temperatura. Presentación de informe                         | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-29 por Comparación | 1357.50    | 15%      | 1153.88          | 1153.88     |
| 13   |      | 1        | Caracterización Refrigerador/Congelador [1 pto], MARCA: CARON, MODELO: 7000-50-01, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:NO INDICADO<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: Haleon Panamá S.A.<br>Observación: Mantenimiento y Calificación de CARON/ 7000-50-01 Pruebas de recuperación y pérdida de energía en una temperatura. Presentación de informe                         | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-29 por Comparación | 1357.50    | 15%      | 1153.88          | 1153.88     |
| 14   |      | 1        | Caracterización Refrigerador/Congelador [1 pto], MARCA: CARON, MODELO: 7000-50-01, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:NO INDICADO<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: Haleon Panamá S.A.<br>Observación: Mantenimiento y Calificación de CARON/ 7000-50-01 Pruebas de recuperación y pérdida de energía en una temperatura. Presentación de informe                         | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-29 por Comparación | 1357.50    | 15%      | 1153.88          | 1153.88     |

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación  
Local 68-1, Avenida Los Fundadores entre calle 74 y 75  
+507 31 028 68 / +507 65 422 612  
panama.innovatec@group-innovatec.com /  
www.innovatec.com.pa

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,  
Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,  
Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,  
Capacitación Especializada, Asesoría,  
Proyectos de Ingeniería, y más...

INN-FAD-07 (4)



| Item | Code | Quantity | Equipment or Instrument Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Type of Service                           | Technical Method          | Unit Value | Discount | Discounted Value | Total Value |
|------|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|------------|----------|------------------|-------------|
| 15   |      | 1        | Horno / Incubadora / Esterilizador / Mufla [1 pts],<br>MARCA: JP SELECTA, MODELO: 4002519,<br>SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:NO INIDICADO<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: Haleon Panamá S.A.<br>Observación: Mantenimiento y Calificación de JP SELECTA/ 4002519 Proceso de evaluación de temperatura. Presentación de informe                          | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-29 por Comparación | 715.50     | 15%      | 608.18           | 608.18      |
| 16   |      | 1        | Horno / Incubadora / Esterilizador / Mufla [1 pts],<br>MARCA: JP SELECTA, MODELO: 4002519,<br>SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:NO INIDICADO<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: Haleon Panamá S.A.<br>Observación: Mantenimiento y Calificación de JP SELECTA/ AUTOTESTES ST DRY 80 LD. 4002519 Proceso de evaluación de temperatura. Presentación de informe | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-29 por Comparación | 715.50     | 15%      | 608.18           | 608.18      |
| 17   |      | 1        | Horno / Incubadora / Esterilizador / Mufla [1 pts],<br>MARCA: SYSTEC, MODELO: VX-120, SERIE: ,<br>RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:NO INIDICADO<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: Haleon Panamá S.A.<br>Observación: Mantenimineto y Calificación de SYSTEC/ VX-120 Proceso de evaluación de temperatura. Presentación de informe                                    | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-29 por Comparación | 715.50     | 15%      | 608.18           | 608.18      |
| 18   |      | 1        | Horno / Incubadora / Esterilizador / Mufla [1 pts],<br>MARCA: SYSTEC, MODELO: VX-120, SERIE: ,<br>RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:NO INIDICADO<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: Haleon Panamá S.A.<br>Observación: Mantenimiento y Calificación de SYSTEC/ VX-120 Proceso de evaluación de temperatura. Presentación de informe                                    | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-29 por Comparación | 715.50     | 15%      | 608.18           | 608.18      |

|                          |    |                 |                           |               |                   |          |
|--------------------------|----|-----------------|---------------------------|---------------|-------------------|----------|
| <b>Validez de la</b>     | 30 | días calendario | <b>Programación:</b>      | POR CONFIRMAR | <b>NETO:</b>      | 16454.65 |
| <b>Garantía Técnica:</b> |    |                 | <b>Tiempo de Entrega:</b> |               | <b>DESCUENTO:</b> | 2468.20  |
| <b>Revisión de la</b>    | 3  | versión         | <b>Nro. Orden:</b>        |               | <b>SUBTOTAL:</b>  | 13986.45 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| <b>OBSERVACIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>IVA 7%:</b> | 979.05   |
| <p>No se incluye el kit de prueba para los ensayos de Bowie-Dick.</p> <p>No se incluye en esta propuesta permisos, exámenes, repuestos o cualquier elemento de seguridad especial (solo se incluye casco, botas, lentes y chaleco reflectivo)</p> <p>La mano de obra de las actividades descritas en esta propuesta han sido evaluadas para un horario diurno. En caso de requerir horario especiales, se deberá presentar programa de visita para coordinar la atención.</p> <p>Precios unitarios solo son validos para esta oferta. En el caso de disminuir o aumentar los items, una nueva propuesta debe ser evaluada.</p> | <b>TOTAL:</b>  | 14965.50 |

- El cliente se compromete a entregar los equipos con BATERÍAS FUNCIONALES, caso contrario asumirá los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada.
- De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito.
- La APROBACIÓN de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial.
- Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.

|                          |           |                     |                                  |
|--------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------|
| <b>Datos del Asesor:</b> | +507 6542 | Rubén Ortega Cortés | ruben.ortega@group-innovatec.com |
|--------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------|