

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			
Cliente:	ENKADOR SA		
RUC:	1790093840001	Fecha:	2025-10-02
Dirección:	BARRIO SELVA ALEGRE KM1, VIA A SAN FERNANDO, RUMIÑAHUI (PICHINCHA), ECUADOR		
e-mail:	ingenieria_resinas@enkador.com	Teléfonos:	+593 98 701 2708 / 987012708
Contacto:	ALEXIS IZA	Cargo:	

INFORMACIÓN ESPECÍFICA			
Forma de Pago:	CREDITO 30 días	Orden de Compra:	

DETALLE DE EQUIPOS									
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#	Código	Cantidad	Descipción de Equipo o Instrumento	Tipo de Servicio	Método Técnico	Valor Unitario	Descuento	Valor con Descuento	Valor Total
Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
1	CAPS-024	1	TRANSMISOR DE PRESION ANTES DEL FILTRO, MARCA: Endress+Hauser, MODELO: CERABAR T, SERIE: PMC131-A15F1D20, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ENKADOR SA	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-05 Por comparación	140.00	10%	126.00	126.00
2	CAVE-297	1	DISPLAY+CONTROLADOR+SENSOR TIPO J, MARCA: VOLTON, MODELO: 1xJ BJ.09/17, SERIE: TE3- 29B1, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ENKADOR SA	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-16 Por comparación	140.00	10%	126.00	126.00
3	CAVE-297	1	DISPLAY+CONTROLADOR+SENSOR TIPO J, MARCA: VOLTON, MODELO: 1xJ BJ.09/17, SERIE: TE1- 229B1, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ENKADOR SA	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-16 Por comparación	140.00	10%	126.00	126.00
4	CAVE-297	1	DISPLAY+CONTROLADOR+SENSOR TIPO J, MARCA: VOLTON, MODELO: 1xJ BJ.09/17, SERIE: TE2- 329B1, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ENKADOR SA	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-16 Por comparación	140.00	10%	126.00	126.00
5	CATM-068	1	DISPLAY+SENSOR TIPO PT 100, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:50-85 Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ENKADOR SA Observación: PT100 - Rosca de 1/4" sonda D=8mm L=200	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 Por comparación	140.00	10%	126.00	126.00

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
6	CATM-068	1	DISPLAY+SENSOR TIPO PT 100, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:50-85 Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ENKADOR SA Observación: PT100 - Rosca de 1/4" sonda D=8mm L=200	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 Por comparación	140.00	10%	126.00	126.00
7	CATM-068	1	DISPLAY+SENSOR TIPO PT 100, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:50-85 Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ENKADOR SA Observación: PT100 - Rosca de 1/4" sonda D=8mm L=200	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 Por comparación	140.00	10%	126.00	126.00
8	CATM-068	1	DISPLAY+SENSOR TIPO PT 100, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:50-85 Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ENKADOR SA Observación: PT100 - Rosca de 1/4" sonda D=8mm L=200	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 Por comparación	140.00	10%	126.00	126.00
9	CATM-068	1	DISPLAY+SENSOR TIPO PT 100, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:45-75 Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ENKADOR SA Observación: PT100 - Rosca de 1/4" sonda D=8mm L=200	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 Por comparación	140.00	10%	126.00	126.00
10	CATM-068	1	DISPLAY+SENSOR TIPO PT 100, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:20-50 Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: ENKADOR SA Observación: PT100 - Rosca de 1/4" sonda D=8mm L=200	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 Por comparación	140.00	10%	126.00	126.00
11		1	Enkador, Selva Alegre km 1, Sangolquí 171104	Servicio de Calibración In Situ (c/km)		40.00	0%	40.00	40.00

Validez de la	30	días calendario	Programación:	POR CONFIRMAR	NETO:	1440.00
Garantía Técnica:			Tiempo de Entrega:	Inmediato	DESCUENTO:	140.00
Revisión de la	1	versión	Nro. Orden:		SUBTOTAL:	1300.00
OBSERVACIONES					IVA 15%:	195.00
					TOTAL:	1495.00

1. El cliente se compromete a entregar los equipos con **BATERÍAS FUNCIONALES**, caso contrario asumirá los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada.

2. De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito.

3. La **APROBACIÓN** de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial.

4. Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.

Datos del Asesor:	0999146889	David Ramírez	asesor2@group-innovatec.com
--------------------------	------------	---------------	-----------------------------