

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			
Cliente:	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y METROLOGICAS METRICSERV CIA LTDA		
RUC:	2290348695001	Fecha:	2025-10-23
Dirección:	Augusto Rueda y Aguarico, PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) (ORELLANA), ECUADOR		
e-mail:	compras@metricserv.com	Teléfonos:	/ +593 97 947 4615
Contacto:	ESTEFANIA CHILA	Cargo:	

INFORMACIÓN ESPECÍFICA			
Forma de Pago:	CREDITO 45 días	Orden de Compra:	

DETALLE DE EQUIPOS									
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#	Código	Cantidad	Descipción de Equipo o Instrumento	Tipo de Servicio	Método Técnico	Valor Unitario	Descuento	Valor con Descuento	Valor Total
Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
1	CAPT-011	1	Llave dinamométrica Marca: LUMMINS Modelo: **** Rango: 600 LB-FT Serie: 1016603037, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Todo el rango del equipo Calibración: Bajo procedimiento del proveedor externo. Próx. Cal: 12 meses Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGGREKO ENERGY ECUADOR CIA.LTDA	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 Por comparación	170.00	20%	136.00	136.00
2	CAVE-167	1	Multímetro Marca: FLUKE Modelo: FLUKE 115 Rango: **** Serie: 61090197MV, MARCA: FLUKE, MODELO: 115, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Todo el rango del equipo Calibración: Bajo procedimiento del proveedor externo. Próx. Cal: 12 meses Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGGREKO ENERGY ECUADOR CIA.LTDA	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-08 Por comparación	80.00	20%	64.00	64.00
3	CAVE-203	1	Pinza Amperimétrica Marca: FLUKE Modelo: FLUKE 376FC Rango: 600V / 1000A Serie: 59781900MV, MARCA: FLUKE, MODELO: 376, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Todo el rango del equipo Calibración: Bajo procedimiento del proveedor externo. Próx. Cal: 12 meses Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGGREKO ENERGY ECUADOR CIA.LTDA	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-08 Por comparación	100.00	20%	80.00	80.00
4	CAVE-231	1	Sonda de corriente Marca: FLUKE Modelo: FLUKE iFLEX 12500-18 Rango: 2500A Serie: CF58930295, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Todo el rango del equipo Calibración: Bajo procedimiento del proveedor externo. Próx. Cal: 12 meses Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGGREKO ENERGY ECUADOR CIA.LTDA	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-08 Por comparación	135.00	20%	108.00	108.00

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
5	CAVE-089	1	Equipo: Indicador de Voltaje Marca: MARTINDALE Modelo: VI13800 Rango: 400 V Serie: 214618448, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Todo el rango del equipo Calibración: Bajo procedimiento del proveedor externo. Próx. Cal: 12 meses Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGGREKO ENERGY ECUADOR CIA.LTDA	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-08 Por comparación	125.00	20%	100.00	100.00
6	CAVE-076	1	Unidad de prueba Marca: MARTINDALE Modelo: PD 440 Rango: 430 V Serie: 214603523, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Todo el rango del equipo Calibración: Bajo procedimiento del proveedor externo. Próx. Cal: 12 meses Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGGREKO ENERGY ECUADOR CIA.LTDA	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-16 Por comparación	107.00	20%	85.60	85.60
7	CATM-091	1	Termómetro infrarrojo Marca: FLUKE Modelo: FLUKE 62 MAX+ Rango: -30 a 650 °C Serie: 50589188MV, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Todo el rango del equipo Calibración: Bajo procedimiento del proveedor externo. Próx. Cal: 12 meses Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGGREKO ENERGY ECUADOR CIA.LTDA	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-03 Por comparación	82.00	20%	65.60	65.60
8	CAPT-009	1	Llave dinamométrica Marca: PROTO Modelo: 6014C Rango: 250 LB-FT Serie: DTE38354, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Todo el rango del equipo Calibración: Bajo procedimiento del proveedor externo. Próx. Cal: 12 meses Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGGREKO ENERGY ECUADOR CIA.LTDA	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 Por comparación	82.00	20%	65.60	65.60
9	CAPT-009	1	Llave dinamométrica Marca: MATATAKITOYO Modelo: 6006N Rango: 20 a 110 Nm Serie: 496936, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: LABORATORIO Próx. Cal: 12 MESES Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGGREKO ENERGY ECUADOR CIA.LTDA	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 Por comparación	82.00	20%	65.60	65.60
10		1	EL COCA	Servicio para Manejo de Equipo/Instrumento		20.00	0%	20.00	20.00

Validez de la	30	días calendario	Programación:	POR CONFIRMAR	NETO:	983.00
Garantía Técnica:			Tiempo de Entrega:	Inmediato	DESCUENTO:	192.60
Revisión de la	1	versión	Nro. Orden:		SUBTOTAL:	790.40
OBSERVACIONES					IVA 15%:	118.56
SI REQUIERE ENTREGA INMEDIATA, EL SERVICIO EXPRESS TIENE UN COSTO ADICIONAL DEL 50%. EL EQUIPO DEBE SER ENTREGADO Y RETIRADO DE NUESTRAS INSTALACIONES, SI REQUIERE EL RETIRO Y LA ENTREGA, ES UN COSTO ADICIONAL.					TOTAL:	908.96

1. El cliente se compromete a entregar los equipos con BATERÍAS FUNCIONALES, caso contrario asumirá los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada.

2. De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito.

3. La APROBACIÓN de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial.

4. Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.

Datos del Asesor:	0999146889	David Ramírez	asesor2@group-innovatec.com
-------------------	------------	---------------	-----------------------------