

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE |                                                                          |            |                       |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| Cliente:                | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP |            |                       |
| RUC:                    | 1360066300001                                                            | Fecha:     | 2025-12-17            |
| Dirección:              | 12 DE MARZO / SAN FRANCISCO S/N, PORTOVIEJO (MANABI), ECUADOR            |            |                       |
| e-mail:                 | vicente_suastegui@portoaguas.gob.ec                                      | Teléfonos: | (05) 370-1960 /       |
| Contacto:               | Ing. Vicente Suastegui Briones                                           | Cargo:     | Funcionario encargado |

| INFORMACIÓN ESPECÍFICA |         |                  |  |
|------------------------|---------|------------------|--|
| Forma de Pago:         | CREDITO | Orden de Compra: |  |

| DETALLE DE EQUIPOS |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|
|--------------------|--|--|--|--|--|

| #    | Código   | Cantidad | Descipción de Equipo o Instrumento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tipo de Servicio                                      | Método Técnico            |
|------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| Item | Code     | Quantity | Equipment or Instrument Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Type of Service                                       | Technical Method          |
| 1    | QC-1351  | 1        | Medidor de Gases, MARCA: ALTAIR, MODELO: 4X, SERIE: 00285360, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:No se indica<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP<br>Observación: Calibración y mantenimiento preventivo básico por equipos multigases ALTAIR 4X con configuración de los sensores O2, LEL, H2S, CO. | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada             | NO APLICA                 |
| 2    | QC-1351  | 1        | Medidor de Gases, MARCA: ALTAIR, MODELO: 4X, SERIE: 00547565, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:No se indica<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP<br>Observación: Calibración y mantenimiento preventivo básico por equipos multigases ALTAIR 4X con configuración de los sensores O2, LEL, H2S, CO. | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada             | NO APLICA                 |
| 3    | CAAC-002 | 1        | Medidor de niveles de ruido y calibrador acústico, MARCA: CESVA, MODELO: SC260 Class 2, SERIE: T248113, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:No se indica<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP<br>Observación: Calibración y mantenimiento preventivo básico por equipo SONÓMETRO CESVA                 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-15 Por comparación |
| 4    | CNLX-002 | 1        | Medidor de niveles de luminosidad, MARCA: SPER SCIENTIFIC, MODELO: 850007, SERIE: 084657, RANGO: (0 a 0) lux<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:No se indica<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP<br>Observación: Calibración y mantenimiento de equipo LUXÓMETRO                                                                 | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada             | INN-PC-34 por comparación |

|                   |    |                 |                    |               |
|-------------------|----|-----------------|--------------------|---------------|
| Validez de la     | 90 | días calendario | Programación:      | POR CONFIRMAR |
| Garantía Técnica: |    |                 | Tiempo de Entrega: |               |
| Revisión de la    | 2  | versión         | Nro. Orden:        |               |

| OBSERVACIONES |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|
|---------------|--|--|--|--|

\* Código de proceso: NIC-1360066300001-2025-00045

\* Código CPC: 831110952

\* Forma de pago: 100 % contra entrega

\* Plazo de ejecución: Treinta (30) días calendario, contados a partir del día siguiente de la suscripción de la respectiva orden de compra.

\* Aplica Garantía Técnica

1. El cliente se compromete a entregar los equipos con BATERÍAS FUNCIONALES, caso contrario asumirá los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada.

2. De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito.

3. La APROBACIÓN de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial.

4. Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.

|                   |   |               |                               |
|-------------------|---|---------------|-------------------------------|
| Datos del Asesor: | 0 | Nancy Acevedo | regional1@group-innovatec.com |
|-------------------|---|---------------|-------------------------------|