

Emisor: INNOVATECIS CIA. LTDA.
RUC: 1792514576001
Matriz: COTOCOLLAO / JOSE MARIA GUERRERO
 N69-170 Y ALFONSO DEL HIERRO
Correo: facturacion@innovatec.com.ec
Teléfono 593 2 6040607, 0995230692
Obligado a llevar contabilidad: SI
Agente de Retención
Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Factura: No.001-004-000005564

Número de Autorización:

0810202501179251457600120010040000055641234567812

Fecha y hora de Autorización:

08/10/2025 08:53

Ambiente PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0810202501179251457600120010040000055641234567812

/var/www/html/EuriSoftCom/Adjunto/imagenes/logo.png

Razón Social:	UNIDAD DE GESTION DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL	RUC/CI:	1768183440001
Dirección:	PICHINCHA / QUITO / MARISCAL SUCRE / LADRON DE GUEVARA E11-253 Y ANDALUCIA, QUITO, PICHINCHA	Teléfono:	022976300
Fecha Emisión:	08/10/2025	correo	ivan.torres01@epn.edu.ec
Fecha Vencimiento:	08/10/2025	Días de Crédito:	0
Vendedor:	Mayra Paulina Almeida Rivadeneira	Ciudad:	QUITO

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Porcentaje Descuento	Total
CAFT-005	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	CALIBRACION CRONOMETRO Marca: SPER SCIENTIFIC Serie: 810033 Certificado según ISO 17025 Rango de calibración en horas: 0,5 - 1 - 2 - 5 - 9 Rango en segundos: 1800 - 3600 - 7200 - 18000 - 32400	65.00	0	65.000
CAAC-002	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	CALIBRACION SONOMETRO Marca: PCE Serie: 180619707 Calibración Acústica: Error de medición en 94 dB, 104 dB, 114 dB en bandas de octava, re: 20 Pa: (31,5, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, 12500, 16000) Hz – Calibración Eléctrica: Error de Medición de 35 dB a 150 dB: (20 a 20000) Hz	230.00	0	230.000

CAAC-002	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	CALIBRACION SONOMETRO Marca: QUEST TECHNOLOGIES Serie: DAJ020004 Calibración Acústica: Error de medición en 94 dB, 104 dB, 114 dB en bandas de octava, re: : 20 Pa: (31,5, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, 12500, 16000) Hz - Calibración Eléctrica: Error de Medición de 35 dB a 140 dB: (20 a 20000) Hz	230.00	0	230.000
CVDM-006	1.00	Servicio de Verificacion Tecnica con Trazabilidad	Barra de calibración - dinamómetro Marca: n/d Serie: n/d Certificado según ISO 17025 Caracterización de barra de calibración en largo, ancho y alto. Calibración en fuerza hasta 6500 [N]. En la barra de calibración deben ubicarse reglas calibradas que permitan la verificación de las dimensiones de la misma NOTA: SE REQUIERE DEL SOLICITANTE LAS 8 PESAS PARA LA CALIBRACION DE LA BARRA FRENOMETRICA	1104.00	0	1104.000
CADM-008	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	CALIBRACION PIE DE REY DIGITAL Marca: MITUTO Serie: 500-172-30 Exteriores: 0 mm a 200 mm Puntos de calibración: 20 mm, 50 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm, 200 mm Puntos de calibración Interiores: 20 mm, 100 mm. Puntos de calibración de profundidad: 0 mm, 50 mm	55.00	0	55.000
CAHM-020	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Termohigrómetro Marca: ELICROM TH0511 Serie: N/D Certificado según ISO 17025 Rango de calibración: Temperatura (10°, 40 °C) Humedad Relativa (25%, 50%, 75% HR)	65.00	0	65.000
PC-1353	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	CALIBRACIÓN Barómetro/Termohigrómetro Marca: MARKET LAB Serie: N/D Certificado según ISO 17025 Rango de calibración de presión: 600 - 700 - 800 - 900 - 1010 [hPa] Rango de calibración de temperatura y humedad: Temperatura [10°, 40°C] Humedad Relativa [25%, 50%, 75% HR]	400.00	0	400.000
CATM-091	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	CALIBRACIÓN Barómetro/Termohigrómetro Marca: MARKET LAB Serie: N/D Certificado según ISO 17025 Rango de calibración de presión: 600 - 700 - 800 - 900 - 1010 [hPa] Rango de calibración de temperatura y humedad: Temperatura [10°, 40°C] Humedad Relativa [25%, 50%, 75% HR]	120.00	0	120.000

Información Adicional

NUMERO DE COTIZACION: 19222/2
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: SERVICIO IC-UGIPS- 025-2025
NUMERO DE PREFACTURA: 11558

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero **2609.35** 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	2,269.00
Subtotal 15%:	2,269.00
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Objeto IVA:	0.00
Descuentos:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	340.35
Servicio %:	0.00
Valor Total:	2,609.35

INFORMACION

* PAGOS: Sírvase cancelar con cheque o transferencia a: INNOVATECIS CIA. LTDA.

Banco Pichincha, Cuenta Corriente 2100087659, Ruc: 1792514576001,

mail: contabilidad@innovatec.com.ec

* RETENCION: Por favor enviar a: facturacion@innovatec.com.ec

¡Es un placer servirle!