

Razón Social: UNIDAD DE GESTION DE INVESTIGACION Y
Dirección: PICHINCHA / QUITO / MARISCAL SUCRE / LADRON DE GUEVARA E11-253 Y ANDALUCIA, QUITO, PICHINCHA

RUC/CI: 1768183440001

Teléfono: 022976300

Fecha Emisión: 08/10/2025

correo: ivan.torres01@epn.edu.ec

Fecha Vencimiento: 08/10/2025

Días de Crédito: 0

Vendedor: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira

Ciudad: QUITO

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Porcentaje Descuento	Total
CAFT-005	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	CALIBRACION CRONOMETRO Marca: SPER SCIENTIFIC Serie: 810033 Certificado según ISO 17025 Rango de calibración en horas: 0,5 - 1 - 2 - 5 - 9 Rango en segundos: 1800 - 3600 - 7200 - 18000 - 32400	65.00	0	65.00
CAAC-002	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	CALIBRACION SONOMETRO Marca: PCE Serie: 180619707 Calibración Acústica: Error de medición en 94 dB, 104 dB, 114 dB en bandas de octava, re: 20 Pa: (31,5, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, 12500, 16000) Hz – Calibración Eléctrica: Error de Medición de 35 dB a 150 dB: (20 a 20000) Hz	230.00	0	230.00
CAAC-002	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	CALIBRACION SONOMETRO Marca: QUEST TECHNOLOGIES Serie: DAJ020004 Calibración Acústica: Error de medición en 94 dB, 104 dB, 114 dB en bandas de octava, re: : 20 Pa: (31,5, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, 12500, 16000) Hz - Calibración Eléctrica: Error de Medición de 35 dB a 140 dB: (20 a 20000) Hz	230.00	0	230.00
CVDM-006	1.00	Servicio de Verificacion Tecnica con Trazabilidad	Barra de calibración - dinamómetro Marca: n/d Serie: n/d Certificado según ISO 17025 Caracterización de barra de calibración en largo, ancho y alto. Calibración en fuerza hasta 6500 [N]. En la barra de calibración deben ubicarse reglas calibradas que permitan la verificación de las dimensiones de la misma NOTA: SE REQUIERE DEL SOLICITANTE LAS 8 PESAS PARA LA CALIBRACION DE LA BARRA FRENOMETRICA	1104.00	0	1,104.00

CADM-008	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	CALIBRACION PIE DE REY DIGITAL Marca: MITUTO Serie: 500-172-30 Exteriores: 0 mm a 200 mm Puntos de calibración: 20 mm, 50 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm, 200 mm Puntos de calibración Interiores: 20 mm, 100 mm. Puntos de calibración de profundidad: 0 mm, 50 mm	55.00	0	55.00
CAHM-020	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Termohigrómetro Marca: ELICROM TH0511 Serie: N/D Certificado según ISO 17025 Rango de calibración: Temperatura (10°, 40 °C) Humedad Relativa (25%, 50%, 75% HR)	65.00	0	65.00
PC-1353	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	CALIBRACIÓN Barómetro/Termohigrómetro Marca: MARKET LAB Serie: N/D Certificado según ISO 17025 Rango de calibración de presión: 600 - 700 - 800 - 900 - 1010 [hPa] Rango de calibración de temperatura y humedad: Temperatura [10°, 40°C] Humedad Relativa [25%, 50%, 75% HR]	400.00	0	400.00
CATM-091	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	CALIBRACIÓN Barómetro/Termohigrómetro Marca: MARKET LAB Serie: N/D Certificado según ISO 17025 Rango de calibración de presión: 600 - 700 - 800 - 900 - 1010 [hPa] Rango de calibración de temperatura y humedad: Temperatura [10°, 40°C] Humedad Relativa [25%, 50%, 75% HR]	120.00	0	120.00

Información Adicional			Subtotal Sin Impuestos:		2,269.00
NUMERO DE COTIZACION: 19222/2			Subtotal 15%:		2,269.00
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: SERVICIO IC-UGIPS- 025-2025			Subtotal 0%:		0.00
NUMERO DE PREFACTURA: 11558			Subtotal No Objeto IVA:		0.00
			Descuentos:		0.00
			ICE:		0.00
Formas de pago			IVA 15%:		340.35
Otros con Utilización del Sistema Financiero	2609.35	0 días	Servicio %:		0.00
			Valor Total:		2,609.35

INFORMACION		
* PAGOS: Sírvase cancelar con cheque o transferencia a: INNOVATECIS CIA. LTDA.		
Banco Pichincha, Cuenta Corriente 2100087659, Ruc: 1792514576001,		
mail: contabilidad@innovatec.com.ec		
* RETENCION: Por favor enviar a: facturacion@innovatec.com.ec		
¡Es un placer servirle!		