

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	IDEAL ALAMBREC S.A.		
RUC:	1790050947001	Fecha:	7/16/25, 9:49 AM
Dirección:	CALLE E3E S59-501e Interseccion S-60 Panamericana Sur Km15 S59-501, QUITO		
e-mail:	Milton.Nato@bekaert.com	Teléfonos:	/0989038064
Contacto:	SR. MILTON ÑATO	Cargo:	CALIDAD

DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	59042	Termocupla	N/A	N/A	VER ESPECIFICACIONES	INN-59042	NINGUNA
2	59043	Lector de Termocuplas	DIGI-SENSE	91100-10	VER ESPECIFICACIONES	INN-59043	NINGUNA Accesorios: Estuche del equipo
3	59044	Termohigrometro (datalogger)	ALLA FRANCE	N/A	(-30 a 70) °C (20 a 99) %HR	TDL 001	NINGUNA
4	59045	Term. Líquido en Vidrio	Boeco Germany	N/A	(-10 a 110) °C	LBKM0012	NINGUNA Accesorios: Estuche del equipo
5	59046	Luxómetro	SPER SCIENTIFIC	850008	(0 a 100000) lux	Q559774	NINGUNA Accesorios: Estuche X1 Sensor
6	59048	Sonómetro	CIRRUS	CR:162C	(20 a 140) dB	G079923	NINGUNA Accesorios: Caja + Estuche del Equipo X2 Acoples X1 destornillador
7	59049	Calibrador Acústico	CIRRUS	CR:514	(- a 94) dB	81614	NINGUNA Accesorios: Estuche compartido

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

Elaborado por:	1725499238	Fernando Betancourt	recepcion.entrega@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:		Firma:	