

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	Heliflight Panama, S.A.		
RUC:	56172-2-335370	Fecha:	12/9/25, 10:28 AM
Dirección:	Ciudad de Panamá, Albrook, corregimiento de Ancón, Aeropuerto Marcos A.		
e-mail:	vmartinez@heliflightpty.com	Teléfonos:	378-6650/6831-
Contacto:	Verónica Martinez	Cargo:	Asistente Técnica

DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	64190	Termohigrómetro	EXTECH	445702	VER ESPECIFICACIONES	HF-01	NA Accesorios: NINGUNO
2	64191	Termohigrómetro	EXTECH	445702	VER ESPECIFICACIONES	HF-02	NA Accesorios: NINGUNO
3	64192	Termohigrómetro	EXTECH	445702	VER ESPECIFICACIONES	HF-03	NA Accesorios: NINGUNO
4	64193	Termohigrómetro	EXTECH	445702	VER ESPECIFICACIONES	HF-07	EQUIPO NO ENCIENDE EQUIPO NO TIENE BATERIA Accesorios: NINGUNO
5	64194	Manómetro	ATS	NA	(0 a 160) psi	INN-64194	Buen Estado Accesorios: Ninguno
6	64195	Manómetro	ATS	NA	(0 a 160) psi	INN-64195	Buen Estado Accesorios: Ninguno
7	64196	Manómetro	USG	BU-2581-AQ	(0 a 4000) psi	INN-64196	Buen Estado Accesorios: Ninguno
8	64197	Manómetro	USG	BU-2581-AT	(0 a 2000) psi	INN-64197	Buen Estado
9	64198	Manómetro	USG	BU-2581-AQ	(0 a 4000) psi	INN-64198	Buen Estado Accesorios: Ninguno
10	64201	Manómetro	USG	CU-2581-JT	(0 a 400) psi	INN-64201	Buen Estado
11	64202	Manómetro	USG	BU-2581-AQ	(0 a 4000) psi	INN-64202	Buen Estado Accesorios: Ninguno
12	64204	Manómetro	USG	BU-2581-AL	(0 a 3000) psi	INN-64203	Buen Estado
13	64205	Manómetro	USG	N/A	(0 a 160) psi	INN-64205	Buen Estado
14	64206	Manómetro	USG	BU-2581-AL	(0 a 3000) psi	INN-64206	Buen Estado
15	64218	Manómetro	USG	BU-2581-AQ	(0 a 4000) psi	INN-	Buen Estado Accesorios: Ninguno

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

Elaborado por:	8-847-307	Katya Rodríguez	laboratorio2.panama@group-innovatec.
Entregó al Laboratorio:		Firma:	